

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 - 300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/59/3/20

Data
Gryfice 2020-11-09

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony 59/20 na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 zamiast opisanych szwów również szwyo następujących parametrach: syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węgla trójmetyleny), podtrzymywanie tkankowe ok 80% po 7 dniach, 75% po 14 dniach, 65% po 21 dniach oraz 50% po 28 dniach i 25 % po 42 dniach. Czas wchłaniania 180 dni.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dot. Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz.1. szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm z nitką o dł. 75 cm.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 dot. Pakiet 1 poz.2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2,3. szwów o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. Pakiet 2 poz.1





Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 26 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. Pakiet 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 3 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 39 mm z nitką 0 o dł. 90 cm. W przypadku braku zgody prosimy





Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 dot. Pakiet 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 39 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dot. Pakiet 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 1/2koła o dł. 37 mm. Pozostałe parametry bez zmian

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. Pakiet 2 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 8 szwu z nitką o dł. 90 cm. Pozostałe parametry bez zmian

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dot. Pakiet 2 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 9 szwu z igłą o dł. 39 mm. Pozostałe parametry bez zmian

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. Pakiet 2 poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 13 szwu z nitką o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 dot. Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 zamiast opisanych szwów również szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanianego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dot. Pakiet 3 poz. 1,2





Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 1,2 szwów z igłą konwencjonalnie tnącą i nitką o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 dot. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 zamiast opisanych szwów również, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i





stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.
ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 dot. Pakiet 4 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz. 1-3 podwiązek o dł. 150 cm.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot. Pakiet 4 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz. 8 szwu o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dot. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 zamiast opisanych szwów również, szwy o następujących parametrach : szwy wchłaniające wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanuwapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dot. Pakiet 5 poz. 1,2,6,9,13-15,17,18,20,21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 1,2,6,9,13-15,17,18,20,21szwów o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dot. Pakiet 5 poz. 3,4,6,7,

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie nr 5 poz. 3,4,6,7 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 dot. Pakiet 5 poz. 12





Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 12 szwu o dł. 100 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. Pakiet 5 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 19 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm odczepianą z nitką 3-0 o dł. 5x75 cm . W przypadku braku zgody prosimy





Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21 dot. Pakiet 9 poz.1,6,19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz.1,6,19 szwu o dł. 2x150 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dot. Pakiet 9 poz.2,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz.2,7 szwu o dł. 6x45 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dot. Pakiet 9 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz.8 szwu z igłą o dł. 26 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dot. Pakiet 9 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz.10 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną o dł. 37 mm. Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dot. Pakiet 9 poz.12,16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9 poz.12,16 szwu o dł. 12x45 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2020 r. na dzień **12.11.2020 r.** Otwarcie ofert nastąpi o **godz. 10.45**. Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian. Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Soliński

