



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-153/1-PN/32-2019

Rybnik, dnia 26.04.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-153-PN/32-2019)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0357/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29.03.2019 r., nr 2019/S 063-146078

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający niezintegrowane z aparatem zasilanie akumulatorowe pozwalający na pracę systemu przy maksymalnym obciążeniu na min. 25 minut?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający technologię całkowicie cyfrową, w tym system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej min. 150 000 kanałów procesowych?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający zakres częstotliwości pracy 1,6 do 13.0 MHz?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający maksymalną głębokość obrazowania 33 cm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający prędkość w PWD 3,6m/s?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę convexową o kącie skanowania 55°”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę sektorową o zakresie częstotliwości pracy od 1.6 do 4.0 MHz?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 8: „dotyczy: Specyfikacja techniczna – Aparat USG, pkt VI Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowice: linia oraz phased array wykonane w technologii konwencjonalnej szerokopasmowej oraz głowicę convex wykonaną w technologii Single Cristal?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 9: „dotyczy: Specyfikacja techniczna – Aparat USG, pkt VI, ppkt. 3b Czy Zamawiający dopuści aparat usg wyposażony w głowicę Phased Array, posiadającą aż 80 elementów, pracującą w zakresie częstotliwości 2-4 MHz?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 10: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 1.2 Specyfikacja Techniczna - Aparat USG, punkt II. 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dysponujący pamięcią CineLoop 2700 obrazów. Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 11: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 1.2 Specyfikacja Techniczna - Aparat USG, punkt III. 1a: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – 500 obrazów na sekundę. Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 12: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 1.2 Specyfikacja Techniczna - Aparat USG, punkt III. 5b: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny oferujący prędkość odświeżania w trybie CD – 387 obrazów na sekundę. Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 13: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 1.2 Specyfikacja Techniczna - Aparat USG, punkt VI. 2b: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 3,1-11MHz. Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 14: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 1.2 Specyfikacja Techniczna - Aparat USG, punkt VI. 3b: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę sektorową phased array o zakresie częstotliwości pracy 1,4-4,8MHz. Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 15: „Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. XIV pkt. 2 oraz zał. nr 2 Wzór umowy § 9 ust. 1: W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył maksymalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż 10% wartości przedmiotu umowy, co przy tego typu zamówieniu stanowi znaczną wartość, prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę, tj. do 5% wartości przedmiotu umowy.”

Pytanie 16: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 2 Wzór umowy § 5 ust. 1 ppkt. a), b): Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa <<opóźnienie>> słowem <<zwłoka>>.”

Pytanie 17: „Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 2 Wzór umowy § 5 ust. 1 ppkt. a), b): Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości przedmiotowej kary umownej na następujący:

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- a) <<w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 – w wysokości 0,5 % 4% wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia>>,
b) <<w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 umowy lub w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z gwarancji - w wysokości 0,3 % 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień>>,

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.”

Odpowiedź 15-17: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat posiadający monitor o przekątnej ekranu 15”? Oferowane urządzenie posiada możliwość uruchomienia trybu pełnoekranowego przy pomocy jednego przycisku w celu powiększenia obrazu diagnostycznego.”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 55 000 kanałów procesowych? Liczba kanałów procesowych jest różnie liczona w zależności od producenta i nie jest wartością wystandaryzowaną.”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dynamikę systemu 240dB? Parametr oferowany jest niewiele mniejszy od wymaganego i nie wpływa znacząco na jakość obrazowania.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 21: „Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dynamikę systemu dla trybu PWD w zakresie 24-72dB? Zakres 30-250dB jest zakresem typowym dla prezentacji obrazu w trybie B-mode.”

Odpowiedź 21: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres częstotliwości PRF dla CD 0,1 – 15,2 kHz? Zakres ten pozwala uwidocznić przepływy płynące z prędkością nawet do 148 cm/s, co jest wystarczającą wartością z medycznego punktu widzenia.”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl*

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD 365 obrazów/s? Wartość ta jest nieznacząco mniejsza od wymaganej.”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dysk twardy 128 GB SSD?

Taka pojemność pozwala na zapisanie ponad 350 000 obrazów w pamięci wewnętrznej. Dodatkowo dysk SSD daje możliwość szybszego transferu danych w porównaniu do standardowych dysków HDD.”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 25: „Czy Zamawiający zgodzi się wymagać aparatu posiadającego 120 min. pracy na zasilaniu bateryjnym? Takie rozwiązanie pozwala na swobodne wykonywanie badań przyłóżkowych.”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 06.05.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272