



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 33/ZP/2023
DZP/308/2023

Zgorzelec, dnia 16.11.2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawa sprzętu medycznego z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 - dotyczy pakietu nr 1 – Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 1 kpl – Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z zasilaniem z akumulatora na min. 45 min. pracy do 120 minut w warunkach standardowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 1 – Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 1 kpl – Lp. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z regulacją I:E w większym zakresie od 4:1 do 1:10?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr 1 – Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 1 kpl – Lp. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z regulacją wspomaganie ciśnieniowego od 3 cmH₂O do (80 – PEEP) cm. H₂O?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 1 – Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 1 kpl – Lp. 152

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego przewód łączący do pomiaru NIPC o dł. 3,6m?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 – wzór umowy § 8 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar do 10%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 8 ust. 5.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl