

Konin, dnia 05.10.2023 r.

WSZ-EP-22/ZO/1169/2023

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem**

Wyjaśnienia do 22/ZO/2023 – numer 1

Dotyczy zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł netto na dostawę sprzętu RTV, aparatu EKG oraz innego wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień z pododdziałami: Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Dziennym Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Hotelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

W związku ze złożonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie do postanowień umowy.

Dotyczy Pakietu nr 3

Pozycja 5 Szafa medyczna na leki.

Szafa medyczna nie jest wyrobem medycznym. Proszę o dopuszczenie szafy nie posiadającej certyfikatu, deklaracji dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dopuszcza szafę medyczną na leki, która nie posiada certyfikatu, deklaracji dla wyrobów medycznych.

Sporządziła: A. Zbroszczyk