



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci*”

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.***

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 17

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17, igieł Seldingera w jednym rozmiarze, a mianowicie 18 G.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 17 igieł Seldingera w jednym rozmiarze 18 G.***

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 2 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

**Odpowiedź:**

***Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.***

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 34

Czy Zamawiający wymaga dostępności okluderów do zamykania przetrwałego otworu owalnego o średnicach dysku prawo -lewostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm z fabrycznie zamontowanymi koszulkami dostarczającymi z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie?

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 34 okluderów o powyższych parametrach.***



Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 19

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 19

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 19

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jest w posiadaniu stymulatorów Biotronik Reocor D.**

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 19

Czy w oparciu o normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 14 pętli naczyniowych o średnicy pętli 5mm i 10mm kompatybilnych z koszulką 4F oraz o średnicy 15, 20, 25, 30, 35mm kompatybilnych z koszulką 6F? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie pętli naczyniowych o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 43 przewodników diagnostycznych o średnicy 0,018”, 0,021”, 0,025” oraz 0,035”? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 43 przewodników diagnostycznych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 94

Czy Zamawiający wymaga, przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie



skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) są idealnie dobrane – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 zestawu do monitorowania ciśnienia o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o następujących parametrach:

Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,018”

- dostępny system OTW
- Profil 5 do 7F
- średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm;
- długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150,200, 220,250 ,300 mm
- ciśnienie robocze (RBP) do 24 atm
- długość cewnika 80,135
- cewnik balonowy z podwójnym pokryciem hydrofilnym na dł 35 cm
- dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny
- wykonany z nylonu
- bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 cewników balonowych o powyższych parametrach, przy zachowaniu wymaganej średnicy balonu 12 mm.**

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników o następujących parametrach:

Długości :80,150,175,220,260cm

Przewodniki diagnostyczne, obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE: - końcówka przewodnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve o różnych długościach: 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm., oraz promieniach: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm

- przewodnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem
- przewodnik o stałym lub ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem
- przewodniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z opłotem
- długości od 80 do 260 cm,
- średnica od 0,018” do 0,038” i 0,065”
- dobre kontrastowanie w rtg



**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 cewników balonowych o powyższych parametrach.*

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści długie koszulki wprowadzające o następujących parametrach: Średnica 5, 6, 7, 8Fr, długość 45, 70, 90 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0.038" o dystalnym pokryciu hydrofilnym, koszulka zbrojona opłotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania, brak owalizacji światła na zgięciu, koszulka dobrze widoczna pod skopią, na dystalnym końcu marker, krzywizny do wyboru: prosta, cross-over, ANL1, ANL2?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 31 długie koszulki wprowadzające o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 93 poz.2

Czy Zamawiający dopuści złącze wysokociśnieniowe jednej długości tj. 150 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 93 poz. 2 przewód wysokociśnieniowy o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 95

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tylko przedłużacze zbrojone o długości 150 cm i wytrzymałości do 1200 PSI? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 95 przedłużaczy zbrojonych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 18 – dotyczy projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 3), 4), 6):

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 3) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką;**
  - 4) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości **0,5%** wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru,**
  - 6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** pakietu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.*



Pytanie nr 19 – dotyczy projektu przyszłej umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe. Adres mailowy zostanie podany na etapie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą.**

**Jednocześnie Zamawiający dodaje ust. 14 w §5 Projektu umowy nadając mu brzmienie:**

**„15. Faktury mogą być przekazywane w formie elektronicznej na adres mailowy: .....”**

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 przetworników o długości 130+30cm z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 94

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available




**Odpowiedź:**

**Wtyczka Edwards.**

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?



**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z powyższym schematem.**

Pytanie nr 23 – dotyczy projektu umowy

Czy ilości przedmiotu zamówienia określone w formularzu asortymentowo-cenowym i podane odrębnie w odniesieniu do każdego pakietu dotyczą:

- zamówienia podstawowego (bez dodatkowego zakresu rzeczowego – prawo opcji przewidziane w § 13 projektu umowy),
- czy do zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje że ilości przedmiotu zamówienia określone w formularzu asortymentowo-cenowym w odniesieniu do każdego pakietu dotyczą zamówienia podstawowego (bez dodatkowego zakresu rzeczowego – prawo opcji przewidziane w § 13 projektu umowy).**

Pytanie nr 24 – dotyczy projektu umowy

Czy określenie ujęte w pkt. XXIII SWZ sposób obliczenia ceny, ppkt. 7 stanowiące „Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia” oznacza wymóg Zamawiającego, aby Wykonawca dokonał kalkulacji pełnego zakresu zamówienia tj. zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem opcjonalnym czy też aby dokonał kalkulacji odrębnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia z prawem opcji, które to elementy składowe pozwolą następnie na wyliczenie pełnego zakresu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia że określenie ujęte w Rozdziale XXIII SWZ sposób obliczenia ceny, ust. 7 stanowiące „Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia” oznacza iż Wykonawca winien dokonać kalkulacji odrębnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia z prawem opcji.**

Pytanie nr 25 – dotyczy projektu umowy

Czy jako cena stanowiąca kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty (pkt XXIV SWZ), przyjęta zostanie



cena oferty dla zamówienia podstawowego, czy dla zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem objętym prawem opcji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia że jako cena stanowiąca kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, przyjęta zostanie cena oferty dla zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem objętym prawem opcji.**

Pytanie nr 26 – dotyczy projektu umowy

Jaka jest korelacja między zapisami § 13 ust. 3 projektu umowy, a § 5 w zakresie wynagrodzenia wykonawcy?

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy”. Wspominany § 5 projektu umowy w żaden sposób nie odnosi się do kwestii wynagrodzenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy wynagrodzenie wskazane w § 5 projektu Umowy będzie uwzględniać odrębnie wynagrodzenie z tytułu zamówienia podstawowego oraz wynagrodzenie z tytułu zamówienia objętego prawem opcji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia że wynagrodzenie wskazane w § 5 projektu Umowy będzie uwzględniać odrębnie wynagrodzenie z tytułu zamówienia podstawowego oraz wynagrodzenie z tytułu zamówienia objętego prawem opcji.**

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- o ciśnieniach nominalnych od 4 do 8atm,
- z dwoma wolframowymi markerami,
- i spełniających pozostałe wymagania opisu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 balonów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 23

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 11 atm
- Średnica stentów 4mm i długości 12, 16, 19mm
- Średnica stentów 5, 6, 7mm i długości 12, 16, 19, 29, 39, 59mm
- Średnica stentów 8, 9, 10 mm i długości 19,29, 39, 59mm
- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów
- Cewnik balonowy nie pokryty silikonem
- Ciśnienie RBP 14 - 16atm
- I spełniających pozostałe wymagania opisu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 23 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 30

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- ze stopu kobaltowo-chromowego L605, wycinanych laserowo w kształt tabularnej siatki



- Średnica stentów 4mm i długości 12, 16, 19mm
- Średnica stentów 5, 6, 7mm i długości 2. Dotyczy Pakietu 30

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- Średnica stentów 8, 9, 10 mm i długości 19,29, 39, 59mm
- Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 11 atm
- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów

i spełniających pozostałe wymagania opisu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 30 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 70

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- o długościach 12, 16, 19, 29, 39, 59mm
- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów
- ze stopu kobaltowo-chromowego L605, wycinanych laserowo w kształt tabularnej siatki
- Długość zestawu wprowadzającego 80, 135 cm
- Światło wewnętrzne na przewodnik 0,035"

i spełniających pozostałe wymagania opisu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 70 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do przewodnika 0,038", ramię boczne z kranikiem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 4 przewodników sztywnych typu Amplatz o śr. 0.035" i długości: 145, 180, 260 cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4.5 do 8 cm, długości elastycznej końcówki 1.5 do 7 cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1.5 do 3 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 przewodników sztywnych typu Amplatz o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 14 pętli do usuwania ciał obcych działających w dwóch płaszczyznach, wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego owiniętego cienkim, cieniodajnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze od 5mm do 30 mm, długości 125 cm, cewnik 4-6F. W skład zestawu wchodzi: pętla, cewnik pętli, wspornik do





wprowadzania pętli i torquer.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 okludera do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych o konstrukcji plecionej nitinolowej oraz spiralnej. Dostępny rozmiar średnicy spirali 4x4 mm, długość spirali 3,5 mm. Zestaw składa się z: okluder/spirala, system uwalniający do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych, cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku, przewodnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 15 okluderów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 24 przewodników hydrofilnych o dostępnej średnicy 0,035" i zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**



Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5mm (długości 12, 20, 40, 60 mm); 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm); 7mm (długości 20, 30, 40, 60 mm); 8 mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm), 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60 mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 55

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 55 stentów do PDA na zestawie wprowadzającym 85 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 55 stentów do PDA o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 67 cewników balonowych o następujących parametrach:

- długość balonów: 2, 4, 3, 6 cm
- średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
- długość zestawu wprowadzającego 100 cm
- rbp: 1,5-10 atm, ciśnienie nominalne 1-5 atm,
- światło wewnętrzne na przewodnik 0.035”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 76

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o następujących rozmiarach: śr. 12mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 14mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 16mm (długość 19, 29, 38, 48, 58mm); śr. 18mm (długość 29, 38, 48mm); śr. 20mm (długość 27, 37, 48mm); śr. 22 (długość 37, 48mm); śr. 24mm (długość 37, 48mm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o następujących parametrach:

- dostępne średnice stentów: 4,5,6,7 mm i długości: 12,16,20,24,30 mm,
- ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 12 atm,
- rozmiar koszulki wprowadzającej 5F/cewnik prowadzący 6F dla stentów o średnicy do 6 mm,
- rozmiar koszulki wprowadzającej 6F/cewnik prowadzący 7F dla stentów o średnicy 7 mm,
- długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompatybilne z przewodnikiem 0,018”.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 85 formularza asortymentowo-cenowego mikrocewników o następujących parametrach:

- cewnik 2,5F o średnicy wewnętrznej 0,021", może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,035 cala lub większe, długość 110-150cm
- cewnik 2,8F o śr. wewnętrznej 0,025", może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe, długość 110-150cm
- cewnik 2,9F o średnicy wewnętrznej 0,027" może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe, długość 110-150cm.
- pleciona konstrukcja w postaci opłotu na całej długości dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania.
- cieniodajna opaska zwiększająca widzialność.
- zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań.
- hydrofilne pokrycie ułatwia wprowadzenie i minimalizuje wystąpienie urazów.
- możliwość ręcznego kształtowania końcówki w celu stworzenia zagięcia odpowiadającego specyficznej anatomii

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 85 poz. 1 mikrocewników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 2 i 4

Z uwagi na wycofanie asortymentu z oferty prosimy o wykreślenie z pakietu 85 pozycji 2 i 4.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje że wykreśla w Pakiecie nr 85 poz. 2 i 4. Nie należy wyceniać ww. pozycji.**

Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 85 formularza asortymentowo-cenowego spiral embolizacyjnych o następujących parametrach:

- spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej aferromagnetycznej typu inconel oraz platynowe
- pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania
- kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018" i 0,035"
- kształt stożkowy oraz helikalny,
- uwalniane przez popychanie przewodnikiem
- możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca,
- różne kombinacje średnic i długości (długość od 3-20cm, średnica od 2-15 mm), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 85 poz. 3 spiral embolizacyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 88

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z



SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 47 – dotyczy SWZ, Pakietu nr 2, 9, 10, 65, 67, 74 i projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla następujących pakietów: 2, 9, 10, 65, 67, 74.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje że odstępuje od wymogu powierzenia w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 2, 9, 10, 65, 67, 74.*

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 24

Czy w pakiecie nr 24, Zamawiający dopuści złożenie oferty na przewodniki hydrofilne o poniższych parametrach:

Prowadniki o rdzeniu nitinolowym pokryty warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń

Długość: 150 cm, 180 cm, 260 cm

Średnice: 0,035", 0,038"

Dostępność końcówek: J

Elastyczna końcówka o długości 3 cm?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 24 przewodników hydrofilnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.*

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis:**

- **Rozdziału IV SWZ ust. 3 – Opis przedmiotu zamówienia - nadając mu brzmienie:**

*„Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ”*

- **Formularza Ofertowego – Rozdział V - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA \*) – nadając mu brzmienie:**

*„\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98”*

- **Projektu umowy §1, §2, §3, §4, §5, §6, §8, §9, §11 \*) i \*\*) - nadając mu brzmienie:**

*„\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98”*

*„\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,”*



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

W załączeniu do niniejszej informacji:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – MODYFIKACJA
- 2) Załącznik nr 1.85 – Formularz asortymentowo-cenowy - MODYFIKACJA
- 3) Załącznik nr 2 – Projekt umowy - MODYFIKACJA

**Zamawiający informuje że zmienia termin składania ofert z dnia 29.12.2022 r. godz. 9:15 na dzień 05.01.2023 r. godzinę 09:15. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji

*mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*inż. Monika Wojciechowska*

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zoopatrzenia i Zamówień Publicznych

*Roman Kottara*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. Kamińskiego 73a  
51-124 Wrocław**

**I. DANE WYKONAWCY**

<b>Nazwa i siedziba Wykonawcy*)</b>	..... ul. .... kod ..... miejsowość..... województwo .....
<b>Czy Wykonawca jest*:</b>	Mikroprzedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Małym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Średnim przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Dużym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> <i>* Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP</i>
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i>	..... ul: ..... kod: ..... miejsowość: .....
<b>Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy</b>	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) .....</i>	
<b>NIP/REGON</b>	...../.....
<b>Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)</b>	ul: ..... kod: ..... miejsowość: .....
<b>Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym</b>	.....
<b>Dane teleadresowe na które należy przekazywać</b>	e- mail: .....

korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	tel.: .....
<b>II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:	
<b>DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII          INWAZYJNEJ U DZIECI</b>	
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu	
<b>III. CENA</b>	
Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi :	
*) Pakiet nr ...	
Cena brutto	..... zł
*) <i>wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</i>	
Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzone przez bank [.....]	
<b>IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:</b>	
Oświadczam, że:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz projekcie umowy;</li> <li>w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia;</li> <li>uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ;</li> <li>oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do:            pakiet nr ..... klasa.....,            pakiet nr ..... klasa.....,            na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.</li> <li>wybór mojej oferty <b>będzie/nie będzie</b>*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.</li> <li>wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXVIII SIWZ.</li> </ol>	
<b>V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA</b>	
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;</li> <li>zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie;</li> <li>wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu</li> </ol>	

zamówienia: ..... e-mail: ..... tel./fax: .....;

4. \*) wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnej za powierzony w depozyt przedmiot zamówienia: ..... e-mail: ..... tel. ....;

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

#### **VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)**

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców\*.

\*\*) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .....w zakresie .....

2) .....w zakresie .....

\*) *wybrać odpowiednio*

\*\*\*) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

#### **VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

.....

*(wymienić czego dotyczy)*

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

#### **UZASADNIENIE**

.....

**Uwaga:**

*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku/katalogu.*

#### **VIII. SPIS TREŚCI**

Integralną część oferty stanowią:

1) .....

2) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)



.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 85 - Zestaw embolizacyjny

Lp.	Przedmiot zamówienia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	producent
		Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	
1.	<p>Mikrocewnik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na zatamania;</li> <li>• zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań;</li> <li>• pokrycie hydrofilne;</li> <li>• śr. 2,5F (wew. średnica cewnika 0,021"), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2.8F (wew. średnica cewnika 0,025"), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm</li> <li>• dł.: 135-150 cm.</li> <li>• kształtowalna końcówka</li> </ul>			10 szt.							
2.	<p>Cząsteczki do embolizacji - PVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• postać granulowanego alkoholu-polivinylowego;</li> <li>• dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami - 90-180 μm - fiolet; 180-300 μm - niebieski; 300-500 μm - zielony; 500-740 μm - żółty; 740-1000 μm - pomarańczowy; 1000-1400 μm - czerwony; 1400-2000 μm - różowy; 2000-2800 μm - brązowy;</li> <li>• łatwa do aplikacji mieszana;</li> <li>• od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikami o średnicy 0,018") - od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikami 0,044");</li> <li>• folka zawierająca 1 cm<sup>3</sup> materiału.</li> </ul>	X	szt.	10							
3.	<p>Spirale embolizacyjne obwodowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe</li> <li>• pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania</li> <li>• Kompatybilne z cewnikami dla średnicy światła 0,018" ; 0,035"</li> <li>• kształt stożkowy oraz helikalny,</li> <li>• uwalniane przez popychanie przewodnikiem oraz odciepialne,</li> <li>• możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca,</li> <li>• różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm, średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ).</li> </ul>		szt.	20							

4.	<p>Spirale odłączane mechanicznie-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*-coile do tętnicznych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny</li> <li>*-coil zamontowany na przewodniku dostarczającym i wyposażony w uchwyty przewodnika-</li> <li>*-kompatybilny z mikrocewnikiem 2.6F-3F-prowadnik 0,012" do 0,018"</li> <li>*-kształty-coili: pojedyncza spirala-J, wielokrotna spirala-J-spiralny-Tornado.</li> <li>*-pojedyncza spirala-J"-śr:6,8,10,12,20 mm; dt:20,30,50 cm;-wielokrotna spirala "J"-śr:6,8,10,15 mm; dt:30 cm;-spirala:śr:4,6,8,10,12 mm; dt:6,10,12,20,30 cm;-spiralny:śr:3-3 mm; dt:14 cm-</li> <li>*-Coile odłączane mechanicznie 0.035"- dt- rozciągniętej spirali 7+14 cm-śr:6,8,10,12,14,18,20 mm.</li> </ul>	X	szt.	20	X	X	X	X	X	X	X
----	--	---	------	----	---	---	---	---	---	---	---

.....  
 (Imię i nazwisko osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**PROJEKT UMOWY**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... – prowadzącą działalność na podstawie  
..... NIP ....., REGON ..... reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawca”, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/ZP-360/2022) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego .... określone w pakiecie nr ..... w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,
- 2) \*) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ..... oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) \*) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio Pracowni Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci w siedzibie Zamawiającego,

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

**§ 2**

**TERMIN DOSTAWY**

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo \*) protokół zużycia wyrobów medycznych lub \*\*) zamówienie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,

**§ 3**

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. \*) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ..... w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
2. \*) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonych przedmiotów umowy określonych w pakiecie nr ....

3. \*) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.
4. \*) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Raz w roku kalendarzowym Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
5. \*) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy.
6. \*) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
7. \*) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie **do 3 dni roboczych** od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
8. \*\*) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie **do 3 dni roboczych** od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
11. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem Szydłowskim [maciej.szydowski@wssk.wroc.pl](mailto:maciej.szydowski@wssk.wroc.pl) tel. 601 450 562. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,

#### § 4

#### ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
2. \*) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.
3. \*) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
4. \*) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
5. \*) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.
  7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w § 3 ust. 10 niniejszej umowy.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń udzielanych przy użyciu towarów objętych niniejszą umową.
  9. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za towary w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej Zamawiającemu.
  10. Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.
- \*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

## § 5

### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto

(słownie: .....),

..... zł brutto

(słownie: .....).

w tym:  
pakiet nr ....

..... zł netto

(słownie: .....),

..... zł brutto

(słownie: .....).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
5. \*) Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy powierzony w depozyt stanowi protokół zużycia przesłany Wykonawcy przez Zamawiającego, potwierdzający faktyczne zużycie wyrobów medycznych.
6. \*\*) Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie odbiór towaru.
7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....], znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej
9. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu nie będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.
  11. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
  12. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
  13. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) umowy.
  14. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
  15. Faktury mogą być przekazywane w formie elektronicznej na adres mailowy: .....
- \*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*
- \*\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,*

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
  2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez \*\*) zamówienia Zamawiającego lub \*) protokołu zużycia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.
  3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
  4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.
- \*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98*
- \*\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,*

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie **5 dni** roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie **do 7 dni** roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.
5. W przypadku niezuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.

## § 8

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza: ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:
  - 1) ze strony Zamawiającego – ..... tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony Wykonawcy – ..... tel. ...., e-mail: .....
3. \*) Osobą odpowiedzialną za powierzony w depozyt przedmiot umowy jest:
  - 1) po stronie Zamawiającego – ..... tel. .... e-mail: .....
  - 2) po stronie Wykonawcy – ..... tel. .... e-mail: .....

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

## § 9

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) \*) za zwłokę w powierzeniu w depozyt wyrobu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) \*) za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki,
  - 3) \*\*) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,
  - 4) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;
  - 5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
  - 6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć **20% wartości** dostarczonego towaru.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

\*\*) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10, 13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,

## § 10

### PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie\*) lub przy pomocy podwykonawców\*):  
.....w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 11

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
  - 1) 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
  - 2) \*) 3-krotnej zwłoki w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
  - 3) 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w okresie trwania umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;
  - 4) 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych.

\*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98

## § 12

### ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.



8. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
  - 1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w skali 3 miesięcy;
  - 2) w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie sześciu miesięcy trwania umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
  - 3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;
  - 4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób:
    - przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;
    - przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia
    - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert;
  - 5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% ceny ofertowej przez Wykonawcę
    - Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
  - 1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby,
  - 2) zmiany sposobu konfekcjonowania dostarczanego przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie to stanowiło przeszkody dla organizacji pracy Zamawiającego,
  - 3) zmiany numerów katalogowych dostarczanego przedmiotu umowy, wynikających z modyfikacyjnych polegających w szczególności na zmianie miejsca ich wytwarzania lub wprowadzenie do obiegu ulepszonych przedmiotów umowy, przy zachowaniu parametrów spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu cen umownych zastępczego przedmiotu umowy,
  - 4) zmianę umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie, będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
  - 5) zmiany oferowanych w ramach umowy przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach nie gorszych od proponowanych w umowie, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyłącznie w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktów lub ich wycofania z obrotu, za cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową,
  - 6) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy na kolejne miesiące, z zastrzeżeniem art. 431 ust. 1 uPzp.

- 7) zmiany, bądź aktualizacji numeru katalogowego lub nazwy asortymentu,
- 8) utraty ważności świadectwa rejestracji produktu w trakcie trwania umowy,

### § 13

#### PRAWO OPCJI

1. Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku:
  - 1) wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej w ofercie,
  - 2) zwiększenia ilości w danym pakiecie, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 40% ilości danego asortymentu w przypadku 100 % zrealizowania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaze Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn sumy tych zamówień nie może przekroczyć 40% wielkości zamówienia podstawowego.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
7. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

### § 14

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**WZÓR**  
**FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA**

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

**KAMSOFT-TEKST:**

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
  - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
  - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
  - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
  - StandardPL – (standard polskich znaków
    - 1-Mazowia,
    - 2-Latin,
    - 3-ISO,
    - 4-Windows CP1250),
  - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
  - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - CenaTransBU – (cena brutto),
  - CenaTrans – (cena transakcji),
  - Ilosc – (dostarczona ilość),
  - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
  - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
  - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
  - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

## DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linią definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
  - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
  - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
  - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
  - DataFaktury - data wystawienia faktury,
  - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
  - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
  - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
  - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
  - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
  - CenaHurtowa – cena hurtowa,
  - CenaZbytu – cena sprzedaży,
  - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
  - JM – jednostka miary,
  - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
  - KwotaVat – kwota podatku VAT,
  - Seria – nazwa serii ,
  - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>