



dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywną dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz napełnianie butli własnych Zamawiającego, znak ZP/03/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?</p> <p>Uzasadnienie (Interpretacja UZP): https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04</p>	<p>TAK. Praktyką Zamawiającego jest zawieranie umów w formie elektronicznej</p>
2.	<p><u>Projekt umowy § 8</u></p> <p>Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 8 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”</p> <p>Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.</p>	<p>Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie jest nieograniczona. Zgodnie z § 8 ust. 10 wzoru umowy łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.</p>
3.	<p><u>Projekt umowy § 8</u></p> <p>Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 8 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.</p>

	<p>zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”</p>	
4.	<p><u>Projekt umowy § 8 ust. 9</u></p> <p>Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):</p> <p>Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.</p> <p>Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współzycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.</p> <p>Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.</p> <p>Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.</p>	<p>Zob. odpowiedź na pyt. Nr 2.</p> <p>Cytowany w pytaniu art. 431 pzp stanowi, że Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.</p> <p>Należyta realizacja zamówienia co do zasady wyklucza korzystanie z instytucji kar umownych.</p> <p>Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.</p>

	Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.	
5.	<p><u>Projekt umowy § 2 ust. 3</u></p> <p>W związku z faktem, że przedmiot zamówienia w czasach niepandemicznych, nie jest w rzeczywistości lekiem ratującym życie, a jego składowanie, termin ważności czy też logistyka z nią związana (posiadanie niezbędnej rezerwy) nie wymaga jakkolwiek szczególnych działań ze strony personelu Zamawiającego, uzasadniająca zastosowanie aż tak skróconego terminu dostawy wnosimy o zmianę zapisów dotyczących tychże terminów. Poniżej proponowana treść modyfikacji:</p> <p>Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia asortymentu wskazanego w zamówieniu w terminie do 72 godzin (słownie: siedemdziesiąt dwie) od telefonicznego zgłoszenia.</p> <p>Prośbę naszą motywujemy warunkami logistycznymi, produkcyjnymi oraz specyfiką dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz możliwością kontroli stanu napełnienia zbiornika za pomocą zdalnej transmisji danych (tlen medyczny ciekły), co w pełni zabezpiecza Zamawiającego w odpowiednią ilość ciekłego tlenu medycznego.</p> <p>Pragniemy zwrócić uwagę również na czasochłonność procesu prawidłowego napełniania butli oraz jego weryfikacji pod względem bezpieczeństwa (w tym również dla użytkownika), załadunku i transportu specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami przez specjalnie do tego przeszkolonych kierowców z zachowaniem rygorystycznych zasad obowiązującego prawa (ADR).</p>	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i uwzględnia termin 72 godziny od telefonicznego zgłoszenia. Zmieniona treść wzoru umowy oraz Formularza ofertowego stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.
6.	<p><u>Zakres 2 poz.3-6 (tlen medyczny w butlach aluminiowych)</u></p> <p>Czy Zamawiający opisując „tlen w butli z zaworem zintegrowanym”, miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?</p> <p>Czy Zamawiający potwierdza możliwość wezwania do</p>	<p>Tak, Zamawiający dokonuje w tym zakresie modyfikacji treści OPZ (załącznik nr 2 do SWZ). Zmieniony OPZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.</p> <p>Zamawiający nie przewiduje w treści SWZ prezentacji oferowanych butli. Zakres wyjaśnienia treści oferty nie jest przedmiotem wyjaśnienia treści SWZ.</p>

	wezwania do prezentacji oferowanych butli z zintegrowanym zaworem w ramach wezwania do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 223 ust. ustawy Pzp)?	
7.	<p><u>Przedmiotowe środki dowodowe (?)</u></p> <p>Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie SWZ poprzez potwierdzenie braku konieczności dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych?</p>	Zamawiający nie zawarł w SWZ wymogu dołączenia przedmiotowych środków dowodowych i nie widzi potrzeby doprecyzowania SWZ w tym zakresie.
8.	<p><u>Projekt umowy § 2 Zamówienia sukcesywne ust. 4</u></p> <p>Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących docelowego miejsca dostarczania zamówionego towaru (butle) poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego wniesienia i zastąpienia go zapisem dotyczącym rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu/lokacji dedykowanym do tego typu czynności (gazy medyczne sprężone/ ciekłe).</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Gazy medyczne (w tym będąca przedmiotem postępowania mieszanina tlenu oraz podtlenku azotu) są lekami i podlegają pod przepisy stosownych aktów prawnych, a jednocześnie są materiałami niebezpiecznymi i podlegają pod przepisy ADR.</p> <p><u>Ich transport odbywa się specjalnie do tego przeznaczonymi autami, które są pojazdami otwartymi i niemożliwe lub niezwykle utrudnione jest ich zamknięcie na czas bezpośredniej dostawy do takich miejsc oddalonych od środka transportu gazów butlowych jak np. Oddziały szpitalne Zamawiającego.</u></p> <p>Transport gazów medycznych (produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych) musi być zawsze pod nadzorem (w tym przypadku kierowcy), co znajduje uzasadnienie znajduje się w poniższych dokumentach.</p> <p>Pierwszy to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a drugi przepis to Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r .</p> <p>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U.2022 poz. 1287)</p> <p>Rozdział 9 – Transport</p> <p>9.1 Warunki ogólne</p> <p>1) przedsiębiorca dostarczający produkty lecznicze odpowiada za ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, fałszowaniem i kradzieżą oraz za zapewnienie, aby podczas transportu temperatura była utrzymywana w dopuszczalnych granicach;</p> <p>2. Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu</p>	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W § 2 ust. 4 usuwa się zapis „z wniesieniem”. § 2 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem, we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Szpital Pucki Sp. z o.o. - rozprężalnia gazów medycznych, przy ul. Mestwina 32, 84-100 Puck, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 ⁰⁰ do 14 ⁰⁰ .

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r . (Dz.U.2023 poz. 891)

DZIAŁ 1.4 – Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

1.4.1 Ogólne środki bezpieczeństwa

1.4.1.1 **Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania ich skutków.**

Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

1.4.1.2 W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, uczestnicy przewozu powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań

Transporty gazów butlowych najczęściej są łączone, czyli na pojeździe mogą się znajdować różne gazy, w tym takie które wymagają dodatkowego nadzoru, a wtedy cały transport tego wymaga. Standardem wykonawców dostarczających gazy (w tym medycznych) w zakresie bezpiecznych przewozów wszystkich gazów jest spełnienie również poniższych zapisów z ADR.

Dział 1.10 – Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych

UWAGA: W rozumieniu niniejszego działu, **ochrona oznacza środki ostrożności podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub użycia towarów niebezpiecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzącego do zagrożenia ludzi, mienia lub środowiska.**

1.10.1 Przepisy ogólne

1.10.1.1 **Wszystkie osoby uczestniczące w przewozie towarów niebezpiecznych powinny stosować się, odpowiednio do zakresu swoich obowiązków, do wymagań niniejszego działu dotyczących ochrony tych towarów.**

1.10.1.2 Towary niebezpieczne mogą być wydane do przewozu wyłącznie przewoźnikowi odpowiednio zidentyfikowanemu.

1.10.1.3 **Miejsca używane do czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych podczas ich przewozu, znajdujące się w obrębie terminali, placów przeładunkowych, baz transportowych, placów postojowych i stacji rozrządowych powinny być odpowiednio chronione, dobrze oświetlone, a także – o ile jest to możliwe i wskazane – niedostępne dla osób postronnych.**

DZIAŁ 8.4 -Wymagania dotyczące nadzorowania

	<p>pojazdów</p> <p>Pojazdy przewożące towary niebezpieczne w ilościach podanych w przepisach specjalnych S1(6) i S14 do S24 w dziale 8.5, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (19) tabeli A w dziale 3.2, powinny być nadzorowane lub mogą być zaparkowane, bez nadzoru, na parkingach strzeżonych</p> <p>lub na strzeżonych miejscach na terenie przedsiębiorstwa. W razie braku takich warunków, po odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu, może on być zaparkowany w wydzielonym miejscu, odpowiadającym warunkom określonym poniżej w (a), (b) lub (c):</p> <p>(a) na parkingu samochodowym nadzorowanym przez personel, który został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu pobytu kierowcy;</p> <p>(b) na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie pojazd nie jest narażony na uszkodzenie ze strony innych pojazdów; lub</p> <p>(c) w odpowiednim miejscu położonym na otwartym terenie, oddzielonym od głównych dróg i budynków mieszkalnych, gdzie w normalnych warunkach nie przechodzą i nie gromadzą się ludzie.</p> <p>Z parkingów wymienionych w (b) można korzystać tylko wtedy, gdy nie są dostępne miejsca wymienione w (a), a z miejsc wymienionych w (c) tylko wtedy, gdy nie są dostępne miejsca wymienione w (a) i (b).</p>	
9.	<p><u>termin dostawy dla butli będących własnością Zamawiającego</u></p> <p>W odniesieniu do butli będących własnością Zamawiającego (tak wynika z analizy formularza asortymentowo-cenowego: brak dzierżaw butli z w/w gazami) wraz z ich napełnieniem wnosimy o zmianę terminu dostawy (w tym odbioru, pełnienia i zwrotu) butli będących własnością Zamawiającego do 14 dni roboczego.</p> <p>W związku z wymogami Prawa Farmaceutycznego i Nadzoru Farmaceutycznego (GIF) aby zapewnić odpowiednią jakość i zgodność z przepisami prawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych ich producent musi wykonać z butlami (opakowaniami) szereg czynności aby mógł wziąć odpowiedzialność za ich dystrybucję . Proces ten wymaga czasu i dochowania odpowiednich procedur. Termin 10 dni roboczych jest powszechnie przyjęty (zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcji i Dobrą praktyką Dystrybucji) jako standardowy .</p> <p>Prośbę naszą pragniemy umotywować również względami logistycznymi, technicznymi i produkcyjnymi oraz zwrócić uwagę na czasochłonność procesu prawidłowego napełniania butli oraz jego weryfikacji pod względem bezpieczeństwa (w tym również dla użytkownika), załadunku i transportu specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami przez specjalnie do tego</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na termin 14 dniowy cykl obrotu butlami własnymi.</p> <p>§ 2 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie</p> <p><i>Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia asortymentu wskazanego w zamówieniu w terminie do 72 godzin (słownie: siedemdziesięciu dwóch) od telefonicznego zgłoszenia. Termin dostawy (w tym odbioru, napełnienia i zwrotu) butli będących własnością Zamawiającego wynosi do 14 dni roboczych.</i></p> <p>Zmieniona treść wzoru umowy oraz Formularza ofertowego stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.</p>

	przeszkolonych kierowców z zachowaniem rygorystycznych zasad obowiązującego prawa (ADR).	
10.	<p><u>Butle będące własnością Zamawiającego</u></p> <p>Jednocześnie w związku z obowiązującymi przepisami prawa prosimy o rozszerzenie zapisów projektu umowy o odpowiednie zapisy dotyczące pełnionych butli, uwzględnione załącznikiem do przyszłej umowy – w załączeniu treść stosownego załącznika (poniżej).</p> <p>Załącznik nr do umowy Informacja dla Klientów zlecających napełnienie butli dla gazów medycznych, będących jednocześnie właścicielami tych butli.</p> <p>Klient będący właścicielem butli przeznaczonej dla gazów medycznych zobowiązany jest do trwałego oznakowania butli (wybita nazwa właściciela) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59 oraz Normy PN-EN ISO 13769 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Cechowanie. Koszty trwałego oznakowania ponosi właściciel butli.</p> <p>2. W przypadku butli przeznaczonej dla gazów medycznych, przekazanej do legalizacji, informuje się, że podczas legalizacji butla zostanie: pomalowana - zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Część 3: Kod Barwny zostanie wymieniony zawór na zawór przeznaczony dla butli medycznej zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego i Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) zostanie oznakowana - jeżeli na butli nie ma wybitych cech z nazwą Zamawiającego, Zamawiający musi określić sposób znakowania (maksymalnie 10 znaków). Wszystkie te elementy są objęte ceną legalizacji.</p> <p>Informuje się, że w przypadku gdy butla przeznaczona dla gazów medycznych będzie posiadała ważną legalizację natomiast wygląd butli: kod barwny butli, stan powłoki farby, stopień skorodowania nie będzie zgodny z wymaganiami Normy PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Część 3: Kod Barwny to butla, o której mowa zostanie przekazana do malowania. Koszt malowania ponosi właściciel butli. Jeżeli na butli nie ma wybitych cech z nazwą Zamawiającego, Zamawiający może zlecić znakowanie za dodatkową opłatą dla</p>	<p>Proponowane zmiany są nieistotne i wynikają z treści przepisów prawa.</p> <p>Z tego względu Zamawiający nie widzi przeszkód, aby dokonać proponowanej zmiany poprzez dodanie załącznika do umowy, przy czym sformułowania "Klient" zostaną zastąpione słowem "Zamawiający". Wzór umowy z uwzględnionym załącznikiem stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.</p>

	<p>wykonawcy.</p> <p>Butle, które nie są trwale oznakowane, a dla których jest wymagane malowanie – bez zgody Zamawiającego na malowanie i oznakowanie – nie będą przyjmowane.</p> <p>Informuje się, że w przypadku konieczności wymiany zaworu (np. uszkodzenie) w butli przeznaczonej dla gazów medycznych, posiadającej ważną legalizację, zawór może zostać wymieniony wyłącznie na zawór przeznaczony dla butli medycznej zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego i Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Koszt wymiany zaworu ponosi właściciel butli.</p>	
--	--	--

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 04.03.2024 r.