



Znak: AE/ZP-27-64/22

Tarnów, 2022-08-30

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180 -210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 i długości 90cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 56-70 dni ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 i 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą odwrotnie tnącą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 dopuszcza również zaoferowanie szwu o okresie wchłaniania 180 - 210 dni pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz

dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.

Ad. 4-5

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 5 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 4 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą wzmocnioną okrągłą. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

