

Numer postępowania: KA-DZP.362.3.1.2021

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy postępowania na: Dostawę maseczek FFP2/N95*

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczących powyższego postępowania, Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) zamieszcza poniżej przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i dotyczą wszystkich Wykonawców).

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 sztuk, pakowane po 2 sztuki w folii?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Zamawiający dopuszcza, aby w opakowaniu zbiorczym 2 maseczki były zapakowane do 1 folii.

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu maseczek pakowanych po 3 sztuki w opakowania strunowe?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia maseczek pakowanych po 3 sztuki w opakowania strunowe.

### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty półmaskę, na której widnieje napis: FFP2 - KN95, która posiada pakiet dokumentów świadczących o spełnionej normie EN149, która składa się z pięciu warstw, jednak nie posiada wypisanej normy EN149 na masce?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie maseczek składających się z pięciu warstw, na których to maseczkach widnieje napis FFP2-KN95, lecz nie posiada napisu EN149. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie normy europejskiej EN149:2001+A1:2009 oraz certyfikat CE.

---

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści maseczkę FFP2 bez zaworu która:

- posiada 5 warstw ochronnych
- posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy
- zakładana na gumkę na uszy
- zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE  $\geq$  94%
- ochrania przed przeniesieniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami
- wysoka przepuszczalność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddycha
- nie zawiera lateksu
- hipoalergiczna
- jednorazowego użytku
- pakowana pojedynczo
- produkt opatrzony znakiem CE, posiada trwałe oznaczenie normy na maseczce i opakowaniu zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, typ IIR.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na maseczki jednorazowe.

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający dopuszcza maseczki posiadające trwałe oznaczenie normy, oznakowania CE oraz numer jednostki certyfikującej na opakowaniu?

Czy zamawiający dopuszcza maseczki w opakowaniach zbiorczych zawierających 60 sztuk maseczek, 12 opakowań jednostkowych po 5 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na maseczki posiadające trwałe oznaczenie normy, oznakowania CE oraz numer jednostki certyfikującej na opakowaniu. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie normy europejskiej EN149:2001+A1:2009 oraz certyfikat CE.

Zamawiający nie dopuszcza maseczek w opakowaniu zbiorczym zawierającym 60 sztuk, 12 opakowań jednostkowych po 5 sztuk.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdziła:

Wioletta Seredyńska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych