



WSSz -NZIP – 594/24

Łódź, dnia 22.11.2024 r.

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitalnych - sprawa ZP 45/24

- I. Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2024 poz. 1320 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg: Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, z roku produkcji 2023?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  2. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg: Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 591 – 927 mm?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  3. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg: Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałym wieszakiem na płyny infuzyjne o maksymalnym udźwigu 18kg?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
  4. Pakiet 3 – wózki do przewożenia chorych w pozycji siedzącej z udźwigiem powyżej 300 kg: Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem montowanym na rzepy, p-odleżynowym z pianki wiskolestycznej, w kolorze niebieski?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  5. Pakiet 3 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Czy Zamawiający dopuści wózek z rozstawem między kolumnami 108,2 cm?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  6. Pakiet 3 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwupoziomowym – górna część dwusegmentowa wypełniona przeziernymi dla promieniowania RTG płytami HPL, dolna część wykonana z jednolitego odlewu z tworzywa sztucznego? Leże łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na środki czystości.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  7. Pakiet 3 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 610-910 mm?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  8. Pakiet 3 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Czy Zamawiający dopuści statyw na płyny infuzyjne z maksymalnym udźwigiem 18 kg?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
  9. Pakiet 3 – wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem zdejmowanym, montowanym na rzepy, w kolorze szarym?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

10. Czy zamawiający dopuści urządzenia w pakiecie 2, które nie spełniają następujących wymogów:

**Załącznik nr 3 do SWZ Pakiet 2 Lampy do naświetlań – 4 szt.**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Wymagania	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy
A - Lampa do naświetlań – 2 szt.			
	Lampa wyposażona w wyświetlacz z programatorem	TAK/Podać	Brak wyświetlacza z programatorem
	Urządzenie wyposażone w akumulator z ładowarką	TAK/Podać	Możliwe zasilanie z sieci z modułem transformatorowym
B - Lampa do naświetlań – 1 szt.			
	Rok produkcji 2024	TAK	Urządzenie zostało wyprodukowane w latach 2015 - 2019 do <b>magazynu</b> i nigdy nie użyte. Obecnie w momencie dostawy zostanie zwymiarowane (pomierzone parametry promieniowania oraz parametry bezpieczeństwa elektrycznego) i potwierdzone protokołem pomiarów z datą wysyłki (rok 2024).
	Automatyczna kontrola dawki promieniowania	TAK/Podać	W mniejszych urządzeniach raczej nie ma możliwości zastosowania systemu dozymetrii kontrolującej dawki promieniowania w J/cm <sup>2</sup> , stosuje się kontrolę czasu naświetlania – bardzo podraża koszt
	Wymiary urządzenia max. 620 mm x 460 mm x 90 mm	TAK/Podać	Czy mogą być wymiary, takie jak lampy poniżej czyli 440 x 380 x 85
	Lampa wyposażona w statyw z możliwością regulacji wysokości	TAK/Podać	Urządzenie nie jest wyposażone w statyw, moduł można ustawiać w pozycji poziomej na podłodze albo stole lub w pozycji pionowej na stole do naświetlania twarzy i dekoltu
C - Lampa do naświetlań – 1 szt.			
	Rok produkcji 2024	TAK	Urządzenie zostało wyprodukowane w latach 2015 - 2019 do <b>magazynu</b> i nigdy nie użyte. Obecnie w momencie dostawy zostanie zwymiarowane (pomierzone parametry promieniowania oraz parametry bezpieczeństwa elektrycznego) i potwierdzone protokołem pomiarów z datą wysyłki (rok 2024).
	Automatyczna kontrola dawki promieniowania	TAK/Podać	W mniejszych urządzeniach raczej nie ma możliwości zastosowania systemu dozymetrii kontrolującej dawki promieniowania w J/cm <sup>2</sup> , stosuje się kontrolę czasu naświetlania – bardzo podraża koszt
	Wymiary urządzenia max. 400 mm x 85 mm x 350 mm	TAK/Podać	Czy mogą być wymiary 440 x 380 x 85

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

11. Czy zamawiający dopuści urządzenia w pakiecie 1, które nie spełniają następujących wymogów:

**Załącznik nr 3 do SWZ Pakiet 1 System do terapii stóp i dłoni- 1 szt.**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Wymagania	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy
System do terapii stóp i dłoni			
4.	Rok produkcji 2024	TAK	

Urządzenie zostało wyprodukowane w latach 2015 - 2019 do **magazynu** i nigdy nie użyte. Obecnie w momencie dostawy zostanie zwymiarowane (pomierzone parametry promieniowania oraz parametry bezpieczeństwa elektrycznego) i potwierdzone protokołem pomiarów z datą wysyłki (rok 2024).

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

II. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

1) SWZ pkt. III 3 poprzez modyfikację treści na następującą:

*Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **25.12.2024r.***

*Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

III. Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do **26.11.2024 r. do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2024r. o godz. 10:00.**

Integralnym załącznikiem do niniejszego pisma jest:

1. Zmodyfikowane ogłoszenie

**Zamawiający informuję, że na pozostałe pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym terminie.**

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

*mgr Krzysztof Zarychta*