



Olsztyn, dnia 21.09.2021 r.

L.dz. 1582 /2021/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania nr 277/2021/TP/DZP pt. „Dostawa nowej aparatury laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1- dotyczy części nr 2

Prosimy o weryfikację wartości wyskalowania przepływomierza :czy podana wartość 0,5-51 jest prawidłowa?"

Odpowiedź

Specyfikacja aparatu obejmuje skalę od 0,1 – 5 l/min

Pytanie nr 2- dotyczy części nr 2

Czy dopuszczą Państwo przepływomierz o parametrach: 0,1 - 4,0 l / min ?

Odpowiedź

Nie, zgodnie ze specyfikacją przetargową, przepływomierz powinien mieć parametry od 0,1 do 5 l/min

Pytanie nr 3- dotyczy części nr 2

Czy dopuszczą Państwo obejście tlenowe składające jak na schemacie: z koncentratora tlenu <-- regulatora <--> przewodów O2 <--> maszyny do anestezji ?

Odpowiedź

Nie, zgodnie ze specyfikacją

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: prof. dr hab. wet. Rychlik Andrzej

Sporządziła: Barbara Drożdż

SPECJALISTA

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 51 81
www.uwm.edu.pl/dzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/uwm.edu>