

Odpowiedź nr 5

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy
z Kalkuty Sp. z o.o. - część IP”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00170356/01
z dnia 2021-09-06

W dniu 09.09.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 145 w pakiecie 1 (paski testowe do glucometrów Typu ixel) dopuści system o poniższych parametrach pod warunkiem zapewnienia glukometrów kompatybilnych z paskami?

Spełnienie normy	ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015
Zasada wykonywania pomiaru	Dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metoda elektrochemiczna
Zakres pomiaru	od 10 do 600 mg/dl
Czas pomiaru	Mniej niż 4 sekundy
Temperatura podczas pracy	od 4°C do 45°C (od 39°F do 113°F)
Wilgotność powietrza podczas pracy	od 10 do 90%
Okres przydatności testów paskowych	18 miesięcy od daty produkcji.
Objętość próbki	0,6 µl
Zakres wartości hematokrytu	od 10 do 65%
Miejsca nakłucia	Opuszcza palca, wewnętrzna część dłoni, przedramię, ramię
Metoda referencyjna	Heksokinaza z deproteinizacją, wyniki konwertowane do wartości dla stężenia w osoczu zgodnie z zaleceniami IFCC
Kodowanie	Nie wymaga kodowania
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
Usuwanie testu paskowego z portu glukometru	Przycisk wyrzutu testu paskowego umieszczony z boku glukometru
Pamięć	Pamięć mieszcząca 720 wyników pomiaru i 30 pomiarów kontrolnych
Automatyczne wyłączenie	Po 90 sekundach, 15 sekund od wyjęcia testu paskowego
Liczba pasków w opakowaniu	100 szt. (2 fiolki po 50 szt.)

2. Czy Zamawiający w pozycji 145 w pakiecie 1 (paski testowe do glucometrów Typu ixel) będzie wymagał, aby paski zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki?
3. Czy Zamawiający w pozycji 145 w pakiecie 1 (paski testowe do glucometrów Typu ixel) będzie wymagał, aby system dawał możliwości badania krwi włośniczkowej, żyłnej, tętnicznej i noworodkowej?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 145 (paski testowe do glucometrów Typu ixel) z pakietu 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1 Zamawiający informuje, że wymogiem jest dostarczenie pasków kompatybilnych z glukometrami, które posiada zamawiający (glukometr Ixell), jednakże Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do tego, które zostało opisane w przedmiocie zamówienia pod warunkiem dostarczenia pasków wraz z kompatybilnymi glukometrami (w ilości co najmniej 20 szt.) w cenie oferty.

Ad.2 Tak .

Ad.3 Tak.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pakietów.

PROKURENT
Elżbieta Głowacka

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → *Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – część II*

Anno Smagło
mgr farmacji