

Nr sprawy D25M/251/N/37-69rj/20

Gdynia, dnia **24 WRZ. 2021**

1. wg rozdzielnika
2. A/A

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy

w przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

1. Zamawiający:
Szpital Pomorski Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni w ramach programu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” – zadanie nr 1
Znak: D25M/251/N/37-69rj/20

3. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje następujące informacje:

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 28.06.2021r. – nr KIO 1475/21 nakazującym Zamawiającemu odrzucenie oferty Wykonawcy Promed S.A., Zamawiający na mocy art. 89, ust.1, pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuca ofertę Wykonawcy:

PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

W uzasadnieniu zawartym w wyroku KIO, w zakresie parametru nr 3, Wykonawca **Promed S.A.** zaoferował stół z podstawą nie spełniającą wymagań SIWZ dotyczącą elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, tym samym wykazującą trudności w utrzymaniu czystości oraz dezynfekcji. Kształt podstawy stołu operacyjnego wraz z usadowioną na niej kolumną tworzą szczeliny, których czyszczenie może być utrudnione. W zakresie parametru nr 10 i 11 Wykonawca w swojej ofercie wskazał przezierność stołu do prześwietlania całego pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości 1505mm. Poza tym stół nie spełnia wymaganej nośności 220 kg z pkt. nr 27. Dodatkowo brak spełnienia wymogu dla pkt. nr 20 w zakresie regulacji wysokości blatu. Wykonawca zadeklarował spełnienie poszczególnych parametrów pomimo rozbieżności między nimi i przyznał, że wymienione parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w przypadku, gdy stół operacyjny jest zablokowany.

Uzasadnienie prawne:

Oferta zostaje odrzucona w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
CIS. ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Korolczuk