

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 10

do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 - dot. pakiet nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego staplera liniowego, tnąco-szyjącego bez wstępnie załadowanego ładunku. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Po założeniu ładunku aplikuje dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B, z możliwością zastosowania ładunków o dwóch różnych wysokości zszywek w zależności od grubości tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler można wystrzelić maksymalnie 10 razy. Długość linii cięcia 80 mm, długość linii szwu 84 mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 - dot. pakiet nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego ładunku do staplera liniowego tnąco-szyjącego z wbudowanym nożem i zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnącego 80 mm, niebieski: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, zielony: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm. Ilość zszywek 84. Linia cięcia 80 mm, linia szycia 84mm Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - dot. pakiet nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego staplera liniowego, tnąco-szyjącego bez wstępnie załadowanego ładunku. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Po założeniu ładunku aplikuje dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B, z możliwością zastosowania ładunków o dwóch różnych wysokości zszywek w zależności od grubości tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler można wystrzelić maksymalnie 10 razy. Długość linii cięcia 60 mm, długość linii szwu 64 mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 - dot. pakiet nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego ładunku do staplera liniowego tnąco-szyjącego z wbudowanym nożem i zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnącego 60 mm, niebieski: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, zielony: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm. Ilość zszywek 84. Linia cięcia 60 mm, linia szycia 64mm Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 - dot. pakiet nr 27 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego staplera okrężnego, zakrzywionego z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne „motylkowe,, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera o średnicy zewnętrznej 26mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - dot. pakiet nr 27 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego staplera okrężnego, zakrzywionego z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne „motylkowe,, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera o średnicy zewnętrznej 29mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 - dot. pakiet nr 27 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego staplera okrężnego, zakrzywionego z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne „motylkowe,, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera o średnicy zewnętrznej 32mm. Opakowanie wewnętrzne zawiera 4 naklejki do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 - dot. pakiet nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje testu COMBO 4w1 Grypa A/B + COVID-19 + RSV Combo Ag – test immunochromatograficzny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do jakościowego, różnicowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE
W LUBANIU SP. Z O.O.



w próbkach wymazu z nosa. Wysoka dokładność tego testu pozwala na niezawodne wyniki. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk testów. W skład zestawu wchodzi: kasetki testowe, sterylne wymazówki, probówki z buforem, instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

MAŁGORZATA KOZAK

ANNA USYK – KRZESZOWIEC

PROKURENT

PROKURENT