

Warszawa, dnia 17.02.2022 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Os. Karmelicka 5,
34-100 Wadowice

Orzeczenie techniczne.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzoną kontrolą techniczną aparatu RTG o numerze seryjnym QRAD-16R-0263, informujemy, iż w w/w urządzeniu uszkodzeniu uległa lampa RTG oraz transformator wysokiego napięcia.

W transformatorze uszkodzeniu uległy:

1. Cewka wysokiego napięcia.
2. Diody prostownicze wysokiego napięcia.
3. Karkas cewki żarzenia.



Z poważaniem
Kierownik Działu Serwisu
inż. Jakub Wójcik
tel. 881-063-324
www.e-mds.pl

Jakub Wójcik

MDS Cardio Sp. z o.o.
ul. TRANSPORTOWCÓW 11
02-858 WARSZAWA
tel. 22 644 80 62, fax 22 644 81 89
NIP 9512102903 REGON 015692785