



## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 21.03.2024  
EZ/17/2024/197

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 17/2024

dotyczy: **Dostawa wyposażenia do poradni i gabinetów zabiegowych do nowo powstałej części szpitala – 3 pakiety.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

#### **dot. załącznik nr 2 do SWZ – pakiet nr 2 (kozетка)**

Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 7 nie wkradła się oczywista omyłka pisarska w wymiarach długości i głębokości a właściwy parametr winien brzmieć:

Wymiary:

- długość **1850 mm** (+/- 10 mm)
- głębokość **560 mm** (+/- 10 mm)
- wysokość 500 mm (+/- 10 mm)

Grubość leża: 50 mm (+/- 5 mm)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza – wkradła się oczywista omyłka pisarska, wymiary podane w pytaniu są prawidłowe.

#### **dot. umowa § 2 ust. 7 oraz zał. 1 do umowy- protokół końcowy**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w zakresie asortymentu, który jest dostarczany złożony, gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy (pakiet nr 2) wymóg instalacji, uruchomienia i szkolenia nie będzie miał zastosowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymóg instalacji, uruchomienia i szkolenia nie będzie tu miał zastosowania.

#### **dot. umowa § 2 ust.14 lit b)**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w zakresie asortymentu, dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (pakiet nr 2) wymóg ten nie będzie miał zastosowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymóg ten nie będzie tu miał zastosowania.

Z poważaniem,

wz. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. *Tadeusz Krzymański*

---

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr *Marcin Schneider*