



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: Zam. 438/2022/TP/DZP „Dostawa zestawu implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium do Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający, w niniejszym postępowaniu, w pozycji 1, w opisie parametru 22. nie wpisał omylnie średnicy 2.0 mm zamiast 20 mm? Czy prawidłowy opis powinien mieć treść: "22. Kula kalibracyjna do RTG stalowa średnica 20mm – 2 szt."?

Odpowiedź.

Tak, omyłkowo została wpisana nieprawidłowa średnica. Prawidłowy opis powinien brzmieć: „Kula kalibracyjna do RTG stalowa średnica 20 mm – 2 szt.”

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: dr hab. Yauheni Zhalniarovich, Prof. UWM

Sporządziła: Agnieszka Filipiuk *Agnieszka Filipiuk*

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>