

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 19.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy projektu umowy - § 3, ust. 1 – prosimy o wprowadzenie zmiany terminu zapłaty należności:

Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy, po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 27, poz. 4.

Ze względu na wprowadzenie ulepszonej wersji układów podgrzewanych, prosimy o dopuszczenie:

Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27 poz. 7 i 8.

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 5 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27, poz. 12.

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 20 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27, poz. 13.

Ze względu na fakt, że okrągłe osłonki typu TermoPad są już niedostępne prosimy o wyrażenie zgodny na zamienniki, mające te same właściwości, ale występujące w innym kształcie (kształt misia), w dwóch różnych rozmiarach (S/M lub L) oraz mające inną jednostkę handlową (1 op. = 100 szt.). W zawiązku z powyższym prosimy o dopuszczenie osłonek hydrożelowych typu Care-for-me, w kształcie misia, w wybranym rozmiarze (S/M lub L) w ilości 1 op. = 100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27, poz. 16.

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 20 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27, poz. 20 i 21.

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 10 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 27, poz. 22.

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 5 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


Został Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szpitalu Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski



Kierownik
Działu Zarządzania Publicznymi
mgr Sabina Steczek