



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 16.08.2021

Znak sprawy: TZ.252.1.44.2021

l.dz. WPR/3849/08/2021/W

Wszyscy Zainteresowani

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/29/2021.

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej nie posiadające zasilania ze ściany karetki ale za to wyposażone w mocną i trwałą baterię, która pozwala na 120 min ciągłej pracy za pośrednictwem akumulatorów (2 szt. w zestawie), bez konieczności ładowania? (dot. Lp. 6).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwość ładowania urządzenia za pomocą prądu stałego (Zgodnie z SWZ). Wymiana akumulatora podczas RKO spowoduje przerwę w uciskaniu klatki piersiowej, co jest niedopuszczalne.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej nie posiadające deski pod plecy przeźiernej dla promieni X, gdyż zastosowane rozwiązanie to pasy do spięcia urządzenia na pacjencie. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, gdyż odciąża ratownika od konieczności podniesienia pacjenta, aby umieścić za nim deskę (nie zawsze też jest taka możliwość), przezierność dla promieni X zostaje zachowana, a ponad to proponowane rozwiązanie to zastosowanie technologii kompresji 3D. (dot. Lp. 13).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej nie posiadające uchwytu karetkowego homologowanego, ale wyposażone w komfortowy plecak, odporny na wstrząsy, który zastępuje wyżej wspomniany uchwyt oraz dodatkowo umożliwia kompresję w pozycji zarówno horyzontalnej jak i przy nachyleniu pacjenta - 45 stopni, rozwiązanie to jest bardziej rekomendowane do skutecznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści brak uchwytu karetkowego homologowanego.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

Sporządzili:
Tomasz Dec
Katarzyna Pietruszka

Akceptowała:
Karina Przybyła

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach

Lukasz Pach

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162