



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 589/11/2021

Chrzanów, 10.11.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do sprawy nr 111/2021 na „Dostawa łóżek elektrycznych z wyposażeniem dla oddziałów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

Dotyczy: Pakiet nr 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości – 10 szt.

1. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantograf podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
2. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?
Odp.: Nie.
4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° - 65° (+/- 5°)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
5. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0° - 13° (+/- 2°)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
6. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0° - 15° (+/- 2°)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.
9. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem bez wyświetlacza LCD?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

10. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością jego podwieszenia pod półką odkładania pościeli; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji bez jednoczesnego zastosowania przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego, panel posiada również diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora, bez wskaźnika podłączenia do sieci?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

11. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odp.: Dopuszcza.

12. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmovane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

13. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmovane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg i głowy, bez możliwości wykorzystania szczytu jako deska reanimacyjna?

Odp.: Dopuszcza.

14. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dzielone, opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości, z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem, a barierką również w przypadku wydłużenia leża (nie zintegrowane ze szczytem łóżka); krawki odbojowe w narożnikach leża chroniące łóżko przed uderzeniami; barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52, wysokość barierki 43 cm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

15. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy dwóch segmentach, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

Odp.: Dopuszcza.

16. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdna, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

17. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie łóżka 250 kg?

Odp.: Dopuszcza.

18. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści materac przeznaczony dla szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka, materac wykonany z zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12 cm i gęstości 25 kg/m³, materac wyposażony w pokrowiec z zamkiem z 2 stron, materiał pokrowca składa się z 2 warstw - dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu, pokrowiec wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na zginanie, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza >1000g/m²/24h, gęstość materiału 150 ± 5% g/m², kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność) > 2m, pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5), możliwość czyszczenia powierzchniowego, prania w temperaturze do 95 st. C, odporny na sterylizację w autoklawie w temperaturze do 120 st. C, nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi chlor, odradza się stosowanie środków na bazie alkoholu, czyszczenie chemiczne tetrachloroetylenem, prasować w temperaturze do 150 st. C, suszyć w suszarce bębnowej w temp. do 70 st. C?

Odp.: Dopuszcza.

19. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak z 2 haczykami na płyny infuzyjne?

Odp.: Dopuszcza.

20. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w haczyki na worki urologiczne po dwóch stronach leża?

Odp.: Dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 2 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 7 szt.

21. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantograf podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

22. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

23. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o szerokości 860 mm i długości 1980 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu.

Odp.: Nie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

24. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odp.: Nie.

25. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców $0^\circ - 65^\circ (+/- 5^\circ)$ bez optycznego wskaźnika przechyłu?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

26. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga $0^\circ - 13^\circ (+/- 2^\circ)$?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

27. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga $0^\circ - 15^\circ (+/- 2^\circ)$?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

28. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

29. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm $(+/- 10 \text{ mm})$?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

30. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej zaprogramowany przed producenta oferowanego łóżka?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

31. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny; w celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna na pilocie przewodowym także posiada możliwość blokady przez personel medyczny?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

32. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odp.: Dopuszcza.

33. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokontur segmentu oparcia pleców i uda?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

34. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmovane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

35. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leżąca za pomocą jednego przycisku/dźwigni, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp.: Dopuszcza.

36. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w haczyki na worki urologiczne po dwóch stronach leżąca?

Odp.: Dopuszcza.

37. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

38. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?

Odp.: Tak, dopuszcza jeśli do wyboru będzie niebieski.

39. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak z 2 haczykami na płyny infuzyjne?

Odp.: Dopuszcza.

Z poważaniem

**Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Izabela Kielbalska**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892