

Miechów, dnia 1 lutego 2021 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 50/2020 - Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, że oferta złożona przez Wykonawcę **Metalowiec Sp. z o. o.**, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wykonawca Metalowiec Sp. z o. o. załączył do oferty wymagany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w którym to:

- L.p. I Łóżko szpitalne rehabilitacyjne - 72 szt. w oferowanych parametrach pozycji numer 1 wpisał: *Szerokość całkowita z odbojami: 985mm (+/- 10mm)*. Zgodnie z zapisem parametrów wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający wymagał w pozycji numer 1: *Szerokość całkowita z odbojami: 970mm (+/- 20mm)* Złożona oferta jest niezgodna ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia tym samym nie spełnia wymogu Zamawiającego.
- L.p. II Łóżko szpitalne rehabilitacyjne - 90 szt. w oferowanych parametrach pozycji numer 1 wpisał: *Szerokość całkowita z odbojami: 985mm (+/- 10mm)*. Zgodnie z zapisem parametrów wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający wymagał w pozycji numer 1: *Szerokość całkowita z odbojami max 970mm* Złożona oferta jest niezgodna ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia tym samym nie spełnia wymogu Zamawiającego.
- L.p. IV Szafka przyłóżkowa – 15 szt. w oferowanych parametrach od pozycji numer 18 do 20 wpisał: *TAK Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w*

stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta). Zgodnie z zapisem parametrów wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający wymagał w pozycji 18: Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa, w pozycji 19: Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta, w pozycji 20: Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne. Złożona oferta jest niezgodna ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia tym samym nie spełnia wymogu Zamawiającego.

Oferowane parametry z zachowaniem tolerancji (+/-) nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego sprzętu medycznego co uniemożliwia ocenę parametrów technicznych w tym zakresie. Stwierdzona niezgodność nie może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż zapis w ofercie nie ma charakteru omyłki. Wskazać bowiem należy, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpis elektroniczny