



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/ NZP/ 298/ 2019

Bolesławiec, dnia 10 czerwca 2019r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi z podziałem na 22 zadania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 2/ortopedia/19)

Pytanie 1

Zadanie nr 11- Narzędzia artroskopowe

Poz.1) Haczyk o dł. 125mm, dł. haczyka 2,5mm lub 3,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2,3) Punch o szer. cięcia 4,5mm, śr. płaszczka 3,4mm, bez podłączenia do czyszczenia wewnętrznego instrumentu, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4,5) Punch o szer. cięcia 3,5mm, dł. robocza 130mm, bez podłączenia do czyszczenia wewnętrznego instrumentu, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Kleszcze 1x2 ząbki, szczęki ząbkowane, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7,8) Punch o szer. cięcia 5mm, dł. robocza 130mm, śr. płaszczka 3,4mm, bez podłączenia do czyszczenia wewnętrznego instrumentu, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.9) Punch o szer. cięcia 2,4mm, dł. robocza 130mm, śr. płaszczka 3,4mm, bez podłączenia do czyszczenia wewnętrznego instrumentu, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.10) Nóż o szer. 2mm lub 3mm, dł. całkowita 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.11) Nóż o dł. całkowitej 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.12) Raszpla o dł. całkowitej 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Poz.13) Osteotom o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.14) Dłuto o dł. całkowitej 170mm, zagięte 45°, pozostałe parametry bez zmian.

Zadanie nr 14- narzędzia ortopedyczne

Poz.1) Klamra o szer. Klamry 70-190mm, max. Średnica drutu 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Kosz o wym. 240x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.12) Osteotom Dahmen o dł. 300mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 1 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 2 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 3 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 4 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 5 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz.6 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 7 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 8 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 9 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 10 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 11 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 12 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 13 wkręt samogwintujący z gniazdem heksagonalnym?

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 14 płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 15** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 16** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 17** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 18** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 19** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 20** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 21** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 22** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 23** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 24** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 25** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 26** płytkę wąską o grubości 4,0 mm i szerokości 12mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 29** podkładkę pod wkręty fi 13 mm/ fi 7,2 mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 3 poz. 30** podkładkę pod wkręty fi 16 mm/ fi 8,0 mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 1** grot Steinmanna z końcówką zaokrągloną ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 6 poz. 2** grot Steinmanna z końcówką zaokrągloną ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 1** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 2** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 3** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 4** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 5** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 6** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 8 poz. 7** drut do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?



Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 14 poz. 2** młotek ortopedyczny o wadze 450 g ? reszta wymogów bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 14 poz. 7** kściotrzymacz zagięty o długości 270 mm?

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 10** może określić o jaką dokładnie raszplę chodzi lub podać nazwę własną ?

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 14 poz. 12** osteotom o długości 280 mm ?

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 1** mógłby określić który rodzaj klamry wymaga ?



Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 14** tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ? Pytanie wynika głównie z tego iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Pytanie 3

Część 12, Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka dł.17,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 12, Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, płaszcz optyki śr.5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 14, Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, przestrzeń pomiędzy drutem a klamrą 150-155mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 14, Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna: Kocher- Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy pakietów 11 i 12

Dotyczy zapisu 4.3 SIWZ

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia, optyka), które są wykonywane na zamówienie i wymagają specjalnego sprowadzania zza granicy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 tygodni (14 dni) od dnia złożenia zamówienia ?

Dotyczy załącznika nr 7.1 wzór umowy § 6 punkt 3

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw na CITO- do 24 h w przypadku asortymentu wymienionego w pakiecie nr 11 i 12? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

2. Czy jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na rezygnację z dostaw na CITO- do 24 h zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji w trybie CITO z 24godzin na termin do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

Pytanie 5

Zadanie 2

1. Poz. 6-11 (oraz ogólny opis) – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt o kącie 135 st. zamiast 130 st.?
2. Poz. 16-18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu: sterylności, banku oraz 3 etykiet w przypadku płytek nakrętarzowych oraz wkrętów gąbczastych, które w standardzie sprzedawane są na bieżące zamówienia w wersji niesterylnej?
3. Poz. 17-18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Zadanie 15

1. Poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm zamiast wkręt blokowany samowiercący kaniulowany śr. 5,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.
2. Poz. 32 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska przy materiale wkrętu zmiennokątowego i powinno być kobalt zamiast tytan? Zamawiający przy opisie płyt powoływał się na wkręty zmiennokątowe 2,4 kobaltowe.

Zadanie 19

1. Poz. 1 i 2- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ anatomicznych udowych w wersji: krótkiej L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L 340-400mm (skok co 20mm) lewy i prawy? Pozostałe parametry bez zmian.
2. Poz. 8- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych udowych w odstępach długości co 20mm zamiast co 10mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

3. Poz. 14- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ puszczelowych rekonstrukcyjnych w zakresie długości L=270÷390mm zamiast 250÷390mm?
4. Poz. 47- Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy zestaw rozwiertaków należy uwzględnić przy dzierżawie w poz. 47?

Zapytania do w/w postępowania dotyczące wzoru umowy, Załącznik nr 7.2:

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2 i 4, iż przedstawiony termin liczony jest w dni robocze, oraz w przypadku przesłania zamówienia po godzinie 13, termin na realizację zamówienia liczony jest od kolejnego dnia roboczego? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Czy Zamawiający dookreśli w § 6 ust. 7, iż termin ważności na opakowaniu dotyczy tylko wyrobów sterylnych? Wyroby niesterylne nie mają określanych dat ich ważności?

Pytanie 6

Pytanie 1, dotyczy pakietu Nr 13

Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści Grotowkręt Schanza 5,0mm, długość 250/65mm stal?

Pytanie 7

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości całkowitej 32 mm?
2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania śruby kostnej szyjkowej/kłykciowej o długości gwintu 22mm zamiast 16-18mm?
3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 3 poz. 1-13** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

4. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 3 poz. 30** dopuści możliwość zaferowania podkładki pod wkręty fi 19 / fi 5mm?
5. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 6** dopuści możliwość zaferowania grotów Steinmanna z końcówką okrągłą?
6. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 7 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania Gwoździa Rusha fi 3,2 długość L=od 190 do 260mm?
7. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 8 poz. 6** dopuści możliwość zaferowania drutu do wiązania odłamów fi 1,5 mm zamiast 1,8 mm?
8. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 37** dopuści możliwość zaferowania wiertła kaniulowanego o średnicy 4,7 mm?
9. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaferowania w **Zadaniu nr 15 poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26** asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek z otworami blokowanymi i blokująco- kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych (z gwintem stożkowym na łbie) lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory blokowane z gwintem stożkowym, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?
10. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania płytki o długości od 26 do 32 mm?
11. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 1, 5** dopuści możliwość zaferowania wkrętów tytanowych o średnicy 2,4 mm umożliwiających zmianę kąta implantacji?
12. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania płytki w jednym rozmiarze 17 mm?
13. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania płytki bez otworów na druty Kirschnera?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

14. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki w czterech rozmiarach 16, 18, 24 i 30mm?
15. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 5 otworów?
16. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 6 otworów blokowanych w wersji wąskiej (22 mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej (25,5 mm)?
17. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 54 do 77 mm?
18. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 33 do 53 mm?
19. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 35 do 55 mm?
20. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 32 do 53 mm?
21. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki do głowy kości promieniowej lewej i prawej w jednej wersji, w trzech rozmiarach od 2 do 4 otworów blokująco-kompresyjnych w trzonie długość od 37 do 50 mm, 6 otworów blokowanych w części nasadowej?
22. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki do szyjki kości promieniowej w trzech rozmiarach od 2 do 4 otworów blokująco-kompresyjnych w trzonie długość od 37 do 50 mm, 5 otworów blokowanych w części nasadowej?
23. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 5-9 otworów, w części nasadowej 3 otwory, długość płytki od 84 do 136 mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

24. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 5-9 otworów, w części nasadowej 5 otwory, długość płytki od 90 do 142 mm?
25. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki do wyrostka łokciowego L-86-190 mm, odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej?
26. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 14, 15, 16** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych o średnicy 3,5 mm umożliwiającymi zmianę kąta implantacji?
27. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 14, 15** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych 3,5 mm?
28. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki obojczykowej blokowanej S trzonowej o długości 69, 81 i 108 mm i odpowiednio 3, 4, 6 otworów w trzonie?
29. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokująco-kompresyjnymi do wkrętów blokowanych 3,5 mm?
30. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania płytki piętowej z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych o śr. 3,5 mm, gąbczastych 3,5 mm oraz tytanowych 3,5 mm umożliwiającymi zmianę kąta implantacji?
31. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 18** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokowanymi pod wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnic 3,5 mm i gąbczaste 3,5 mm, materiał tytan?
32. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 20** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera?
33. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania płytki strzałkowej bocznej od 4 do 9 otworów blokująco-kompresyjnych w części trzonowej oraz 5 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 86 mm - 151 mm. Materiał tytan?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

34. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 23** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 6 otworów blokowanych?
35. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 6 do 12 otworów oraz posiadającej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera?
36. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 25** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej od 6 do 14 otworów w części trzonowej oraz 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera, długość płytki od 118 mm - 262 mm?
37. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 26** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej od 5 do 9 otworów blokowanych w części trzonowej. Długość płytki od 140 mm- 220 mm. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Płytkę posiada 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera?
38. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w **Zadaniu nr 15 poz. 27-29, 31, 33, 36** asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. wkrętów do płyt tytanowych blokowanych z gwintem stożkowym na łbie?
39. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 29** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych gąbczastych o śr. 6,0 mm?
40. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 37** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych gąbczastych o śr. 3,5 mm?
41. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 39** dopuści możliwość zaoferowania płytki udowej bliższej posiadającej w części trzonowej 2, 4, 6, 8 otworów blokująco-kompresyjnych, długość płytki odpowiednio 139mm, 175mm, 211mm, 247mm. W części nasadowej 2 otwory pod wkręty kaniulowane 7,3 mm oraz 1 otwór pod wkręt blokowany 5,0 mm?
42. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 39** dopuści możliwość zaoferowania płytki z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych gąbczastych 6,0 mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

43. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 40** dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych \emptyset 2,4/3,3 mm oraz 3,0/3,5 mm?
44. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 41, 42** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów gwintowanych 5-20 i długości L=65-260 mm?
45. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 41-44** dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych lub tytanowych?
46. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 46** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-16 i długości L=59-251 mm?
47. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 47** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej łukowej do miednicy R100, pod wkręty \emptyset 4,5 mm, ilość otworów 4-18, L=58-211 mm?
48. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 48** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej łukowej do miednicy R108, pod wkręty blokowane \emptyset 3,5 mm, ilość otworów 6-16, L=78-208 mm?
49. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 49** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej łukowej do miednicy, ilość otworów 4-14, L=58-178 mm?
50. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 50** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej J do miednicy o długości L=130-208 mm?
51. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 15 poz. 51** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej J do miednicy lewa i prawa, pod wkręty blokowane i korowe \emptyset 3,5 mm, ilość otworów 10-16, L=130-208 mm?
52. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz.1** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w wersji długiej L-300-400mm?
53. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz.2** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w wersji krótkiej L-200-220mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

54. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz.1, 2** dopuści możliwość zaferowania gwoździ z elementami blokującymi z gniazdem typu sześciokąt zamiast typu torx?
55. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących \emptyset 4,5 zamiast 5,0mm?
56. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących \emptyset 4,5 zamiast 5,5mm?
57. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych \emptyset 6,5 mm?
58. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 14** dopuści możliwość zaferowania gwoździa puszczelowego rekonstrukcyjnego z 2^o zagięciem w części dalszej gwoździa zamiast 3^o?
59. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 14** dopuści możliwość zaferowania gwoździa puszczelowego rekonstrukcyjnego który w otworach rekonstrukcyjnych gwoździa \emptyset 8, \emptyset 9 oraz \emptyset 10 zapewnia zastosowanie rygli \emptyset 4,5 i \emptyset 5,0 zamiast opisanych?
60. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 14** dopuści możliwość zaferowania gwoździa puszczelowego rekonstrukcyjnego gdzie gniazda we wszystkich elementach blokujących są typu sześciokąt zamiast typu torx?
61. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 15-18** dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących z gniazdem typu sześciokąt zamiast typu torx?
62. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 15** dopuści możliwość zaferowania wkręta blokującego \emptyset 4,5 zamiast \emptyset 4,0mm?
63. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 18** dopuści możliwość zaferowania wkręta blokującego \emptyset 5,0 zamiast \emptyset 5,5mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

64. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego blokowanego śrubą zespalającą lub śrubą teleskopową o średnicy 11mm zamiast 10,5mm?
65. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego długiego w zakresie 300-420mm zamiast 280-420mm?
66. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego długiego, który w części dalszej posiada 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne niegwintowane?
67. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?
68. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego gdzie gniazda wszystkich elementów blokujących będą typu sześciokąt zamiast torx?
69. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 22 i 25** dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej i teleskopowej Ø11mm zamiast Ø10,5mm?
70. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania pinu derotacyjnego Ø4,0mm zamiast śruby zespalającej Ø5,0mm?
71. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 29-30** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokującego Ø 4,5 z gniazdem sześciokąt?
72. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 31** wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia udowego wstecznego posiadającego 1 otwór pod wkręty Ø 6,5 mm, 2 otwory gwintowane pod wkręty Ø 5,0 mm lub 4,5 mm oraz 3 otwory pod wkręty Ø4,5 mm, w tym minimum 2 otwory umożliwiające skośne wprowadzenie wkrętów w obrębie kłykci kości udowej. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami sześciokątnymi?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

73. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 33** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokującego $\emptyset 4,5$ i $5,0$?
74. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 36** dopuści możliwość zaoferowania: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami $\emptyset 4,5$ i $\emptyset 5,0$ mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, dł. 150-250 mm. Gwoździe barwione jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami sześciokątnymi?
75. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 37** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących $\emptyset 3,5$ mm zamiast 3,0mm?
76. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 38** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących $\emptyset 4,5$ mm i $5,0$ mm zamiast 4,5mm i 4,0mm?
77. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 40** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących $\emptyset 4,5$ mm?
78. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 41** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa uniwersalnego do prawej i lewej kończyny?
79. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 41** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z otworami nie gwintowanymi?
80. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 41** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części puszczelowej dwa otwory blokowane w jednej płaszczyźnie?
81. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19 poz. 44-45** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących $\emptyset 4,5$ mm z gniazdem sześciokątnym?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

82. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w **Zadaniu nr 19 poz. 46** płytek tytanowych blokowanych: o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej, pod wkręty blokowane 2,4mm oraz pod wkręty korowe 2,7mm?
83. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22** dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych lub tytanowych?
84. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki górnejz bocznym przedłużeniem o długościach od 77 do 124 mm, ilość otworów w trzonie 7-12?
85. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki przednio przyśrodkowej zamiast górnej bez bocznego przedłużenia o długościach od 77 do 102 mm, ilość otworów w trzonie 6-8?
86. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki przedniej-bocznej, z możliwością użycia śrub zmienno-kątowych +/- 15 stopni od osi otworu (zamiast z otworami umożliwiającymi wprowadzenie śruby pod kątem)?
87. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytek do dalszej nasady kości ramiennej: płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej (o długości 65-208 mm od 3-14 otworów w trzonie, płyty z bocznym podparciem lub bez), płytki blokowane od strony przyśrodkowej (długość 59-201 mm od 3-14 otworów w trzonie), płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej pozastawowe (długość 122-302 mm od 4-14 otworów w trzonie) oraz płytki blokowane do złamań przynasadowych przyśrodkowe uniwersalne do lewej i prawej kończyny (długość 80-184 mm od 7-15 otworów w trzonie)?
88. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 2, 4, 5, 6, 10, 11** dopuści możliwość zaoferowania asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek wyposażonych w otwory blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu)?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

89. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytek o długości 86-216 mm?
90. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7mm lub korowych 2,4/2,7 mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3,5mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Długość od 112 do 117 mm, 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej, dodatkowy otwór w części środkowej płyty. Możliwość użycia śrub zmienno-kątowych?
91. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania: Płyta dłoniowa pozastawowa, w głowie 5 otworów, w trzonie od 3-5 otworów; płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów, w trzonie od 3-5 w długościach od 32-53 mm oraz 33-55 mm, prawe lew, typu T w głowie 3 otwory, w trzonie od 3-4 w dł. 42-52 mm; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 3-5 otworów w długościach 56-76 mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory, w trzonie 3-4 w dł. 50-60 mm; płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w dł. 61 mm w głowie 5 otworów.
92. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płyty posiadającej od 2 do 5 otworów w trzonie, od 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 47 do 77 mm i od 42 do 72 mm?
93. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płyty blokowanej śrubami stabilno-kątowymi?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

94. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płyty o długości od 156 do 316 mm, od 5 do 13 otworów dwubiegunowych w trzonie i 7 otworów w głowie płytki?
95. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płyty w jednym wariantcie wygięcia w długościach od 4-16 otworów 81-237 mm?
96. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium podstawowego?
97. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania płyty przyśrodkowej w wersji z ramieniem z bez w długościach od 4-14 otworów, 117-252 mm i 116-246 mm; płyty przednio- bocznej w długościach od 5-21 otworów, 80-288 mm; płyty podporowe typu L w długościach 3-5 otworów 69-101 mm i typu T w długościach 4-7 otworów 56-89mm?
98. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania płyty w długościach 73-229 mm?
99. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 13, 14, 16** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym 3,5 mm?
100. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 15, 16** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów śr. 5,0 mm stabilno-kątowych?
101. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2, 15 i 19** dopuści możliwość zaoferowania banku implantów sterylnych o dacie ważności nie krótszej niż 12 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wymiany implantów na 3 m-ce przed końcem terminu ważności?

Pytanie 8

Zadanie nr 2

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 4 otworowa

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 5 otworowa

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 6 otworowa

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 8 otworowa

POZ. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 10 otworowa

POZ. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 12 otworowa

POZ. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 55mm do 80mm w odstępach co 5mm

POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 80mm do 95mm w odstępach co 5mm

POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 100mm do 135mm w odstępach co 5mm

POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 55mm do 135mm w odstępach co 5mm

POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty gąbczaste heksagonalne samogwintujące Ø 6,5 L-25mm - 70mm (pełny gwint)

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty gąbczaste heksagonalne samogwintujące Ø 6,5 L-40mm - 70mm (gwint L-32mm)

POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śruby zespalająca gąbczasta Ø 12,5mm

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba zespalająca z długością gwintu 22,5mm

Zadanie nr 3

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: L= od 12 do 30 w odstępach co 2mm

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: L= od 32 do 50 w odstępach co 2mm

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: L= od 52 do 70 w odstępach co 2mm

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne gwint B=16mm fi 6,5x2,75; długość L = od 25 do 50 mm w odstępach co 5mm

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 25 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 25 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 35 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 40 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 45 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 50 samotnący heksagonalne fi 4,5

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 55 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 60 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 70 samotnący heksagonalne fi 4,5

POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 4-otw. L=71 otwory pod wkręty 4,5

POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 5-otw. L=87 otwory pod wkręty 4,5

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 6-otw. L=103 otwory pod wkręty 4,5

POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 7-otw. L=119 otwory pod wkręty 4,5

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 8-otw. L=135 otwory pod wkręty 4,5

Zadanie nr 7

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 2,5 długość L= od 140 do 190 mm (w odstępach co 10mm)

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 3,0 długość L= od 100 do 180 mm (w odstępach co 10mm)

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 3,5 długość L= od 190 do 280 mm (w odstępach co 10mm)

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 4mm długość L= od 200 do 260 mm (w odstępach co 10mm)

Zadanie nr 8

poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m

poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m

Zadanie nr 10

POZ. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=22mm

POZ. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=32mm

POZ. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1,5mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=42mm

POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=22mm

POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=32mm

POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1,5mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=42mm

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 10mm 3-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 10mm 4-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 5-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 6-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9mm 3-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 4-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 5-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 6-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w odpowiedzi wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1, Odpowiedź

Zadanie nr 11- Narzędzia artroskopowe

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 2, Odpowiedź

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3 i 6 w pozycjach wskazanych w zapytaniu, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przedmiotu zamówienia wskazanego w Zadaniu 8 w pozycjach wskazanych w zapytaniu o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

W **Zadaniu nr 14 poz. 2** Zamawiający nie dopuszcza młotka ortopedycznego o wadze 450 g.


W **Zadaniu nr 14 poz. 7** Zamawiający dopuszcza kościotrzymacz zagięty o długości 270 mm.

W **Zadaniu nr 14 poz. 10** Zamawiającemu chodzi o raszpłe o wymiarach 240 mm, część robocza 13 mm (nazwa własna np. pilnik kostny)

W **Zadaniu nr 14 poz. 12** Zamawiający nie dopuszcza osteotomu o długości 280 mm.

W **Zadaniu nr 14 poz. 1** Zamawiający wymaga klamrę wskazana poniżej:

b)



W **Zadaniu nr 14** Zamawiający dopuści tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/-10 mm.

Pytanie 3

W **Zadaniu 12 poz. 1** oraz w **Zadaniu 14 poz. 1** Zamawiający nie dopuszcza narzędzi o innych parametrach niż wskazane w formularzu cenowym.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

W Zadaniu 14 poz. 6 Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze (nazwa własna np: Kocher- Ochsner), pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Zadania 11 i 12

Dotyczy zapisu 4.3 SIWZ

1. Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 tygodni (14 dni) od dnia złożenia zamówienia.

Dotyczy załącznika nr 7.1 wzór umowy § 6 punkt 3

1. Zamawiający nie zrezygnuje z dostaw na CITO do 5 dni roboczych w przypadku asortymentu wymienionego w Zadaniach nr 11 i 12.

Pytanie 5

Zadanie 2

Poz. 6-11 (oraz ogólny opis) – Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt o kącie 135 st.

Poz. 16-18 - Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu: sterylności, banku oraz 3 etykiet w przypadku płytek nakrętarsowych oraz wkrętów gąbczastych, które w standardzie sprzedawane są na bieżące zamówienia w wersji niesterylnej

Poz. 17-18 - Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym

Zadanie 15

Poz. 28 – Zamawiający dopuści wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0mm zamiast wkręt blokowany samowiercący kaniulowany śr. 5,0mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 32 –Nastąpiła omyłka pisarska przy materiale wkrętu zmiennokątowego i powinno być kobalt zamiast tytan. Zamawiający przy opisie płyt powoływał się na wkręty zmiennokątowe 2,4 kobaltowe.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

Zadanie 19

Poz. 1 i 2- Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ anatomicznych udowych w wersji: krótkiej L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L 340-400mm (skok co 20mm) lewy i prawy. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 8- Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych udowych w odstępach długości co 20mm zamiast co 10mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 14- Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ piszczelowych rekonstrukcyjnych w zakresie długości L=270÷390mm zamiast 250÷390mm

Poz. 47- Zamawiający wyjaśnia że zestaw rozwiertaków należy uwzględnić przy dzierżawie w poz. 47

Zapytania do w/w postępowania dotyczące wzoru umowy, Załącznik nr 7.2:

Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2 i 4, iż przedstawiony termin liczony jest w dni robocze, oraz w przypadku przesłania zamówienia po godzinie 13, termin na realizację zamówienia liczony jest od kolejnego dnia roboczego? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Zamawiający dookreśli w § 6 ust. 7, iż termin ważności na opakowaniu dotyczy tylko wyrobów sterylnych. Wyroby niesterylne nie mają określanych dat ich ważności.

Pytanie 6

Zadanie 13

Zamawiający w punkcie 3 dopuści Grotowkręt Schanza 5,0mm, długość 250/65mm stal

Pytanie 7

Zadanie 2

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadanie 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Zadanie 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia, a tym samym nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

Zadaniu nr 2, 15 i 19 Zamawiający nie dopuści możliwość zaoferowania banku implantów sterylnych o dacie ważności nie krótszej niż 12 m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wymiany implantów na 3 m-ce przed końcem terminu ważności.

Pytanie 8

Zadanie nr 2

POZ. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 4 otworowa

POZ. 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 5 otworowa

POZ. 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 6 otworowa

POZ. 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 8 otworowa

POZ. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 10 otworowa

POZ. 11 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki do zespolenia złamań kości udowej ką 135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 12 otworowa

POZ. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 55mm do 80mm w odstępach co 5mm

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

POZ. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 80mm do 95mm w odstępach co 5mm

POZ. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 100mm do 135mm w odstępach co 5mm

POZ. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 55mm do 135mm w odstępach co 5mm

POZ. 17 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty gąbczaste heksagonalne samogwintujące Ø 6,5 L-25mm - 70mm (pełny gwint)

POZ. 18 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty gąbczaste heksagonalne samogwintujące Ø 6,5 L-40mm - 70mm (gwint L-32mm)

POZ. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba zespalająca gąbczasta Ø 12,5mm

POZ. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Śruba zespalająca z długością gwintu 22,5mm

Zadanie nr 3

poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: l= od 12 do 30 w odstępach co 2mm

poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: l= od 32 do 50 w odstępach co 2mm

poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: L= od 52 do 70 w odstępach co 2mm

poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt do kości gąbczastej heksagonalne gwint b=16mm fi 6,5x2,75; długość l = od 25 do 50 mm w odstępach co 5mm

poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy l 25 samotnący heksagonalne fi 4,5

poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy l 25 samotnący heksagonalne fi 4,5

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

- poz. 7** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy I 35 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 8** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy I 40 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 9** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy I 45 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 10** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy I 50 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 11** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręt kostkowy I 55 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 12** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 60 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 13** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy L 70 samotnący heksagonalne fi 4,5
- poz. 14** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 4-otw. L=71 otwory pod wkręty 4,5
- poz. 15** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 5-otw. L=87 otwory pod wkręty 4,5
- poz. 16** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 6-otw. L=103 otwory pod wkręty 4,5
- poz.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 7-otw. L=119 otwory pod wkręty 4,5
- poz. 18** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytką wąską 10-11x4mm 8-otw. L=135 otwory pod wkręty 4,5

Zadanie nr 7

- poz. 1** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 2,5 długość L= od 140 do 190 mm (w odstępach co 10mm)

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 3,0 długość L= od 100 do 180 mm (w odstępach co 10mm)

poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 3,5 długość L= od 190 do 280 mm (w odstępach co 10mm)

poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 4mm długość L= od 200 do 260 mm (w odstępach co 10mm)

Zadanie nr 8

poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m

poz. 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m

Zadanie nr 10

poz. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=22mm

poz. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=32mm

poz. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1,5mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=42mm

poz. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=22mm

poz. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=32mm

poz. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytko do zespolenia kości drobnych 5mm x 1,5mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=42mm

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

poz. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 3-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 4-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 5-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 10mm 6-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9mm 3-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

POZ. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 4-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 5-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

poz. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Płytki do zespolenia kości drobnych 9 mm 6-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający, Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego w powyższym zdaniu kolorem zielonym. Modyfikacja siwz jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.zozbol.eu w dniu 11.06.2019 roku.

Z poważaniem

/-/ p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Helena SZWAJ- MORENO

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>

