



Katowice, dnia 04.09.2024r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych, znak sprawy ZP-24-088BN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 10 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy **którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 2, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 3, pakiet nr 1-10

Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkownika w języku polskim.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 4, pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 6 dopuści nić o dł. 6 x 45cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 5, pakiet nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 8 dopuści nić o dł. 6 x 45cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 6, pakiet nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 13 dopuści igłę o dł. 20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 7, pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 3 dopuści igłę o dł. 17mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



Pytanie 8, pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści nić sterylną, jednowłóknową, wchłaniającą, zbudowaną z polidoksanonu o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie rzędu 60 % po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 9, pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 26 mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 10, pakiet nr 10 poz. 1,4,6,7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 1, 4, 6, 7 dopuści szew z igłą o długości 25 mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza szew z igłą o długości 25mm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „24mm”

Jest: „24mm lub 25mm”

Skorygowany Załącznik nr 10 (Pakiet nr 10) w załączeniu.

Pytanie 11, pakiet nr 10 poz. 2,3,5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 2, 3, 5 dopuści szew z igłą o długości 20 mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 12, pakiet nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 6 dopuści szew o długości 90 cm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 13, pakiet nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycja 8 dopuści szew o długości 20 cm z igłą o długości 5 mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 14, pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową wchłaniającą, bez antybakteryjnego nasączenia, o podtrzymywaniu tkanki po 14 dniach 40% od zaimplantowania, okres wchłaniania bez zmian?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 15, pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odczepianej igły?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16, pakiet nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odczepianej igły?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 17, pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku substancji antybakteryjnej?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



Pytanie 18, pakiet nr 7 poz. 1,21,22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą nie oksydowaną?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 19, pakiet nr 7 poz. 29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odczepianej igły?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 20, pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 21, pakiet nr 8 poz. 6,9,11,12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą nie oksydowaną?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 22, pakiet nr 9 poz. 1,4,6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 23, pakiet nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 24, projekt umowy

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie §3 ust. 5 projektu umowy poprzez:

- a) odstąpienie od obowiązku wskazywania kodów EAN w przypadku dostawy wyrobów medycznych lub
- b) dopuszczenie wskazania na fakturze kodu UDI-DI/GTIN (tj. kodu wskazanego w deklaracji zgodności wyrobu medycznego) zamiast kodu EAN.

Wykonawca nadmienia, iż w zakresie dokumentacji udostępnianej przez Wykonawcę zasadne jest stosowanie oznaczenia kodowych wykorzystywanych powszechnie dla oznaczenia wyrobu medycznego (UDI/GTIN).

Odp. Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje treść §3 ust. 5 w następujący sposób:

Było: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze kodu EAN dostarczanego zamówienia oraz numer umowy

Jest: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze informacjami do identyfikacji wyrobu (numer katalogowy/REF asortymentu, data ważności, numer serii).