

Konin, 07.12.2022r.

WSZ-EP-40/1794/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa wyrobów medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-40/2022).**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pakiet nr 1**

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37cm<sup>2</sup>, dla noworodków, wymiary 181x76mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Lub

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt, grubość 1mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowego użytku ABS i PVC, długość kabla z uchwytem 330,4cm, wtyk 2,4 mm, z wymiennym nożykiem o długości 70mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka maksymalne napięcie 3600V ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o średnicy 4 mm, wtyk do diatermii 3-pin dł. całkowita 3m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz.13, 14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pincetę bipolarną wielorazową prostą o dł.19,5 mm, końcówka 1mm, końce proste, stop standardowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pakiet 2**

Część 3, 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i 4, które nie są akcesoriami do elektrochirurgii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o średnicy 4 mm, wtyk do diatermii 3-pin dł. całkowita 3m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 2 poz. 5.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.