
Odpowiedź na skierowane do zamawiającego pytania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Materiały szewne**

(nr postępowania: **SPZZOZ-ZP-38/2024**)

I.

Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 w siatki polipropylenowe niebarwione :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary :

Poz. 1 - 6 x11 cm

Poz. 2 – 7,5 x 15 cm

Poz. 3 – 7,5 x 15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza siatki o takich parametrach.

II.

Dot. Części 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm oraz długość nici 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. Części 3, poz. 20

Czy Zamawiający ma na myśli grubość nici 5 USP?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli grubość nici 5USP

Dot. Części 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści rozmiar nici 5 USP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. Części 4, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe białe bez niebieskich pasów o wadze 55 g/m², grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,3x2,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Części 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 6 x 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Części 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Części 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe białe o wadze 85 g/m², grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,0x1,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Części 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

III.


Pytania do części 4 - siatki chirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy i które spełniają zasady konkurencyjności oraz zachowują funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, proponujemy:

Polipropylenową monofilamentową siatkę chirurgiczną:

- _ Niewchłaniałna siatka polipropylenowa z pojedynczym włóknem
- _ Konstrukcja z siatki dziewiarskiej, wycinana laserowo.
- _ Wytrzymałość na rozerwanie: 18 kg/cm²
- _ gramatura siatki (gram/m²): < 46 gramów/m²
- _ Rozmiar porów: 1,5 mm – 2,0 mm.
- _ Grubość Filamentu: 0,15 mm
- _ Grubość siatki: 0,56 mm.
- _ Sterylizowany EO.

Elastyczna, mocna, elastyczna i przezroczysta siatka. Idealna porowatość zapewniająca dobrą widoczność i kolonizację. Wysoka wytrzymałość i odporność na rozerwanie zapewniająca trwałe wsparcie



Rozmiary zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Sporządzono i opublikowano w dniu 31-10-2024r.