



Puck, dn. 06.06.2024 r.

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/13/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	Pytania do Ambulansu typu B	
1.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt I, 4 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra
2.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 36 – prosimy o dopuszczenie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.
3.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt III, 14a – prosimy o określenie czy Wykonawca ma wliczyć w ofertę również tzw. CASE do drukarki (PA-CM500) – czy tylko uchwyt pod niego?	Zgodnie z pkt III 14a) OPZ Zamawiający wymaga, aby ambulans był wyposażony w Instalację do systemu SWD. Jak zapisano w dalszej części OPZ Tablet oraz drukarka nie stanowią przedmiotu zamówienia, wobec powyższego do oferty nie należy doliczać kosztu tzw. CASE do drukarki (PA- CM500)
4.	Dotyczy umowy § 5, pkt 4 oraz SWZ pkt II, 4.4 – pierwsza połowa tego punktu wyklucza drugą połowę - prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że: 1.a. przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego – dojazd do serwisu ASO na własny koszt i we własnym zakresie 1.b. przeglądy adaptacji medycznej – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu 1.c. przeglądy sprzętu medycznego – wliczone w	Zamawiający potwierdza, że przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego - dojazd do serwisu ASO będzie realizował na własny koszt i we własnym zakresie. Zgodnie z § 5, pkt 4 wzoru umowy W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisy gwarancyjne co najmniej 1 raz w roku (lub

Szpital Pucki sp. z o. o.
84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13A
NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229, KRS: 0000462529
58-690-43-00, sekretariat@szpitalpucki.pl

	<p>cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu</p> <p>Nie chodzi o gwarancje, a o przeglądy eksploatacyjne wymagane do jej utrzymania.</p>	<p>częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) oraz przeglądy eksploatacyjno – konserwacyjne, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie przedmiotu umowy. Za przeglądy eksploatacyjne samochodu bazowego, adaptacji medycznej, (np. wymiana oleju, filtrów, itd.) płaci Zamawiający. Koszty przeglądu sprzętu medycznego pozostają po stronie Wykonawcy.</p> <p>Zamawiający nie dostrzega sprzeczności z zapisem pkt II.4.4) SWZ, zgodnie z którym <i>wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu.</i></p>
5.	Prosimy o podanie szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu	Nie dotyczy, zamawiający realizuje przeglądy na własny koszt.
6.	Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów, co znacznie obniży koszt oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
7.	Czy Zamawiający wymaga systemu doświetlenia zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu doświetlenia zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego.
8.	Czy Zamawiający wymaga elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego
9.	Czy Zamawiający wymaga automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy
	Pytania do ambulansu typu C	

12.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt I, 4 – prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny kierowcy wyposażonej w dwa fotele pokryte ciemnym materiałem, nie stwarzającym kłopotów w użytkowaniu, a będącym wytrzymalszym i znacznie bardziej poprawiającym komfort jazdy niż sztuczna skóra
13.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 36 – prosimy o dopuszczenie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie montażu kamizelki KED w schowku zewnętrznym.
14.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt III, 14a – prosimy o określenie czy Zamawiający ma wliczyć w ofertę również tzw. CASE do drukarki (PA-CM500) – czy tylko uchwyt pod niego?	Zgodnie z pkt III 14a) OPZ Zamawiający wymaga, aby ambulans był wyposażony w Instalację do systemu SWD. Jak zapisano w dalszej części OPZ tablet oraz drukarka nie stanowią przedmiotu zamówienia, wobec powyższego do oferty nie należy doliczać kosztu tzw. CASE do drukarki (PA- CM500)
15.	Dotyczy umowy § 5, pkt 4 oraz SWZ pkt II, 4.4 – pierwsza połowa tego punktu wyklucza drugą połowę - prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że: 1.d. przeglądy samochodu bazowego po stronie Zamawiającego – dojazd do serwisu ASO na własny koszt i we własnym zakresie 1.e. przeglądy adaptacji medycznej – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu 1.f. przeglądy sprzętu medycznego – wliczone w cenę oferty wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu Nie chodzi o gwarancje, a o przeglądy eksploatacyjne wymagane do jej utrzymania.	Zob. odpowiedź na pyt. nr 4
16.	Prosimy o podanie szacunkowego przebiegu rocznego ambulansu.	Nie dotyczy, zamawiający realizuje przeglądy na własny koszt.
17.	Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia układów, co znacznie obniży koszt oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
18.	Czy Zamawiający wymaga systemu doświetlenia zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu doświetlenia zakrętów montowanego na etapie produkcji samochodu bazowego.

19.	Czy Zamawiający wymaga elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych montowanych na etapie produkcji samochodu bazowego?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrycznego wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwanych na etapie produkcji samochodu bazowego
20.	Czy Zamawiający wymaga automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie automatycznej klimatyzacji kabiny kierowcy
21.	Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, pkt VI, 34 - czy Zamawiający wymaga możliwości przesuwu fotela u węzłowie noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela, tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela, tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
22.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VI, 33 - czy Zamawiający wymaga możliwości przesuwu fotela na prawej ścianie wzdłuż noszy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela, tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z rozwiązaniem opisanym w pytaniu.
23.	Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VII, 48 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dodatkowego stopnia przy prawych drzwiach przesuwanych obrotowego, nie wysuwanego z kasetki przez wzgląd na wadliwość i zacieranie się tego typu konstrukcji.	Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
24.	Dotyczy załącznik nr 1 – oferta oraz załącznik nr 5 – wzór umowy – prosimy o zmianę pozycji z umowy oraz formularza ofertowego z „kardiomonitor z funkcją defibrylatora -mcy” (który nie jest przedmiotem postępowania) na „wyposażenie medyczne”.	§ 5 ust. 3 lit. d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: wyposażenie medyczne -mcy W formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do SWZ), ust. 8 lit. d) otrzymuje brzmienie: wyposażenie medyczne –

	 (min. 24 m-ce) Zmieniony Formularz ofertowy stanowi załącznik do wyjaśnień.
25.	Dotyczy minimalny termin gwarancji na samochód bazowy – prosimy o dopuszczenie minimalnego okresu gwarancji na pojazd bazowy – 24 miesiące. Gwarancja 60 miesięcy i więcej wiąże się z ogromnymi kosztami, które Wykonawca musiałby uwzględnić w cenie oferty, co znacznie przekroczy budżet, który Zamawiający w poprzednim, unieważnionym postępowaniu założył na realizację zamówienia.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie minimalnego terminu gwarancji w wymiarze 24 mcy. W związku z powyższym W formularzu ofertowym dostosowuje się zapisy do udzielonej odpowiedzi. Zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik do wyjaśnień.
26.	Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty do rejestracji na pojazd skompletowany (ambulans) mają umożliwić rejestrację pojazdu z DMC 3500 kg lub mniejszą - pojazd rejestrowany dla kategorii prawa jazdy B.	Zamawiający potwierdza, że dokumenty do rejestracji na pojazd skompletowany (ambulans) mają umożliwić rejestrację pojazdu z DMC 3500 kg lub mniejszą - pojazd rejestrowany dla kategorii prawa jazdy B
27.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną część zamówienia.	Tak, zgodnie z pkt I.11 SWZ.
28.	Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w określaniu DMC ambulansów. Na pojeździe o DMC powyżej 3,5 tony przy zachowaniu opisanych w OPZ parametrach można zbudować jedynie ambulans typu C. Przy DMC do 3,5 tony jest to niemożliwe z uwagi na znaczne przekroczenie DMC co wiąże się z określonymi konsekwencjami zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Prosimy zatem o dopuszczenie w części 1 zamówienia ambulansu typu C.	Zamawiający potwierdza, że nie doszło do omyłki i nie dopuszcza zaoferowania ambulansu typu C.
29.	W związku z brakiem możliwości zaoferowania w części 2 zamówienia ambulansu typu C o parametrach prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu typu B o DMC do 3,5 tony ze skrzynią manualną (6 + 1), bez ogrzewania wodnego niezależnego od pracy silnika z nagrzewnicą wodną, bez dodatkowego stopnia przy drzwiach bocznych, z dwoma fotelami w przedziale medycznym na prawej ścianie i możliwością transportu trzech osób siedzących i jednej leżącej na noszach.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ambulansu opisanego w pytaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 06.06.2024 r.