

Poznań 10 września 2021

Wyjaśnienia treści swz:

Dotyczy pakietu 15 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkł adów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L

Odp. Zamawiający prosi o wycenę wkładów 1Li 2L

Dotyczy pakietu 15 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 25mm

Odp. Zamawiający nie posiada wiedzy o minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego.

Dotyczy pakietu 15 poz 3

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły

Odp. MDGX2015/0519S/N0519 Nr. Katalogowy 1003-MEDGUN-00/N519

Dotyczy Pakietu 15 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska większą ilość rozmiarów

Odp. TAK

Dotyczy pakietu 15 poz 4

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram

Odp. TAK

Postępowanie przetargowe na:

Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dot. Pakiet 3 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 3 poz.14 torebek papierowo-foliowych w rozmiarze 300mmx450mm? (Zamawiający obecnie korzysta z tego rozmiaru torebek)

Odp. TAK

Dotyczy: postępowania przetargowego o numerze **15/21** (dalej „Przedmiotowe postępowanie”)

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2, poz. 16 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy jednokrotnego użytku, aktywowanych poprzez naciśnięcie na palec oraz w kształcie prostopadłościanu?

Odp. TAK

2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. NIE

Dotyczy: postępowania przetargowego o numerze **15/21** (dalej „Przedmiotowe postępowanie”)

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2, poz. 16 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy jednokrotnego użytku, aktywowanych poprzez naciśnięcie na palec oraz w kształcie prostopadłościanu?

Odp. TAK

2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. NIE

3. **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) pn.: „Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych”; znak sprawy: 15/21.**

, jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwraca się w trybie art. 135 ust. 1 ustawy o udzielenie przez Zamawiającego następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 – pakiet 14, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5-4L, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Nieznaczna różnica w pojemność nie ma żadnego wpływu na jakość procedury medycznej, nadto większa pojemność pozwoli na zgromadzenie zużytego sprzętu, co może przełożyć się na oszczędności w gospodarowaniu odpadami, a dopuszczenie ww. asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. TAK

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Dotyczy: „Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych”

Numer sprawy: WSPL Zam. Publ. nr 15/21

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w kartonowe pudełko?

Odp. TAK

Pakiet nr 8, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml

- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 8, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odp. Zgodnie z SWZ

Postępowanie

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych. Numer sprawy: 15/21.

Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Zamawiający wymaga papieru o rozmiarze 112mm, może być kratka lub gładki

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.

Odp. Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pakiet nr 13 poz. 5

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Zamawiający dopuści papier w kratkę i gładki.

Pakiet nr 13 poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. TAK dopuści

Pakiet 13 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie elektrody do defibrylatora Zoll typu DF59NC. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający posiada taki defibrylator i potrzebuje elektrod do posiadanego sprzętu.

Pakiet 13 poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem czy Zamawiający oczekuje 6 szt (3 pary) czy też 6 par (12szt)?

Odp. 6Szt (3pary)

Projekt umowy par. 8 pkt 2b)

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 8 ust. 2b. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej

gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odp. Nieaktualny stan prawny.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.”.

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/21

jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

1. **Odnosnie Pakietu nr 2 w poz. 9** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykazu badań klinicznych

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr. 2 poz. 9**? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: „Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych”

Numer sprawy: WSPL Zam. Publ. nr 15/21

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 15/21

Pakiet 4 (Nici chirurgiczne wchłaniające syntetyczne, wielowłókienkowe, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane z materiałów z biologicznie zgodnych surowców, jednolitej i równej strukturze, okres wchłaniania 180-210 dni)

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisie materiału szewnego nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający ma na myśli materiał szewny wchłaniający się w okresie 60-90 dni?

Odp. W opisie nastąpiła pomyłka, zamawiający miał na myśli okres 60-90 dni

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm zamiast wymaganej igły 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak dopuści

Numer postępowania 15/21

Dotyczy: postępowania na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych

jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet 1, pozycja 2-6 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PUR?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 2-6 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,5x45?

Odp. tak

Pakiet 1, pozycja 7 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarka i Zamawiający oczekuje 100 sztuk koreczków?

Odp. Tak ilość sztuk

Pakiet 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. tak

Pakiet nr 1, pozycje 9 - 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą rozszerzoną ponad pojemność nominalną?

Odp. tak

Pakiet nr 1, pozycja 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk pakowanych a'50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. tak

Pakiet nr 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów śr. 12 mm i długości 150 mm?

Odp. nie

Pakiet 2, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści golarzkę pokrytą chromem?

Odp. tak

Pakiet 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze równoważne do Medlance, o wyglądzie:



Odp. tak

Pakiet 2, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. tak

Pakiet 2, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w kolorze niebieskim lub czerwonym?

Odp. tak

Pakiet 2, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami metalowymi?

Odp. tak

Pakiet 2, poz. 10 – Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję?

Odp. nie

Pakiet 13, poz. 6– Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarach 112x90160?

Odp. tak

Pakiet 13, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę 45x43 mm?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia-papier?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papierowym?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 13-16

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane pojedynczo w opakowanie papierowe?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 17-19

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 17-19

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odp. nie

Pakiet nr 6, pozycja 17-19

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 12cm?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6cm?

Odp. tak

Pakiet nr 6, pozycja 20-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?

Odp. Tak ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 6, pozycja 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?

Odp. Tak ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 6, pozycja 25, 26

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 6, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odp. nie

Pakiet nr 6, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątna włókninową?

Odp. nie

Pakiet nr 6, pozycja 30-32

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. nie

Pakiet nr 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony alkoholem izopropylowym pakowany pojedynczo, niejałowy?

Odp. Tak pojedynczo w opakowaniu a 100

Pakiet nr 6, pozycja 33

Czy Zamawiający ma na myśli 100 sztuk (saszetek) gazików czy 100 opakowań po 100 sztuk?

Odp. 100 opakowań

Pakiet nr 7, pozycja 3, 7a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?

Odp. Tak, ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'24szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?

Odp. Tak, ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 7, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych?

Odp. Tak, ale do oferty wycenić za sztukę

Pakiet nr 7, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów poiniekcyjnych w rozmiarze 1,6cmx5,7cm pakowanych a'500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanej ilości, tj., 100 opakowań?

Odp. nie

Pakiet nr 7, pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjniejszej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odp. nie

Pakiet nr 7, pozycja 11-14

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w opakowaniu folia-papier?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran pakowane a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran pakowane a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13x100mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 15a-18

Czy Zamawiający ma na myśli opakowania czy sztuki opatrunków wyspowych?

Odp. Tak opakowania

Pakiet nr 7, pozycja 15a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 17-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'30 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 9, pozycja 2, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści serwety z 3 warstwowego laminatu: włóknina + folia + włóknina?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający ma na myśli opakowania a'50 sztuk?

Odp. Tak

Pakiet nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Dot. przetargu nieograniczonego na: „**dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych**”, Znak sprawy: **WSPL Zam. Publ. Nr 15/21**

Działając, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pakiet 6

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty 100% bawełnianej sklasyfikowanej jako wyrób medyczny i posiadający stawkę VAT 8%?

Odp. Tak

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty bawełniano-wiskozowej sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i posiadający stawkę VAT 23%?

Odp. nie

Poz. 4 – 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów gazowych niesterylnych pakowanych w torebkę papierową?

Odp. Tak

Poz. 7 – 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych po 2 szt. w opakowaniu po 300 saszetek? Zaferowane rozwiązanie sprawi, że oferta będzie atrakcyjniejsza cenowo.

Odp. nie

Poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych po 2 szt. w opakowaniu po 360 saszetek? Zaferowane rozwiązanie sprawi, że oferta będzie atrakcyjniejsza cenowo.

Odp. nie

Poz. 10 – 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek poliestrowych?

Odp. nie

Poz. 13 – 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek pakowanych w folię? Zaferowane rozwiązanie sprawi, że oferta będzie atrakcyjniejsza cenowo.

Odp. tak

Poz. 13 – 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek o długości 5m z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odp. nie

Poz. 17 i 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek o długości 3m?

Odp. tak

Poz. 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski w rozm. 12cm x 3m?

Odp. tak

Poz. 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyściółki w rozm. 6cm x 3m?

Odp. tak

Poz. 23 – Czy Zamawiający wymaga zaferowania ligniny bielonej sklasyfikowanej jako wyrób medyczny?

Odp. nie

Poz. 23 – Czy Zamawiający wymaga zaferowania ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zabezpieczające przed dostaniem się wilgoci?

Odp. tak

pakiet 6, poz.1-16,27-34

Czy zamawiający wydzieli poz.1-16,27-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na zł ożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Zł ożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. nie

pakiet 9, poz. 2

czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniej niż L?

Odp. nie

pakiet 9, poz.1-2,5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na zł ożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. nie

pakiet 9, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. nie

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp. nie

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. nie

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną dł ugość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. nie

Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną, łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,08 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środki ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspenseru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odp. Tak

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych”. Nr sprawy: 15/21.

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 poz. 1, 2 pkt dot. pojemników na wycinki histopatologiczne (nie zawierający numeracji w SWZ) do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej rurki Guedel'a w rozmiarze 0 / 5,5 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 8 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej rurki Guedel'a w rozmiarze 1 / 6,5 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 8 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej rurki Guedel'a w rozmiarze 1,5 / 7 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego filtra antybakteryjno-antywirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatycznego, z celulozowym wkładem, o wadze 20g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra antybakteryjno-antywirusowego mikrobiologicznie czystego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 22g?

Odp. Zgodnie z SWZ