



Włocławek, dnia 21.11.2019r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: „Dostawa aparatu USG – ECHO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ” Znak postępowania : DZP/86/2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 221 - 541609, data opublikowania w dniu 15.11.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Ad pkt. 51 Formularza Parametrów Wymaganych

Rozumiemy, że w zapisie zakres częstotliwości min, 3,5-8,0 MHz \geq 35 cm ostatnia jego część dotyczy głębokości penetracji.

Jeżeli tak, to czy dopuszczacie Państwo do przetargu głowicę przezprzełykową o głębokości penetracji 20 cm?

Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy

Sporządziła: Małgorzata Nowacka
Tel/ 054 412 91 40
Fax : 054 412 94 32

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00