

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 Dostawa systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia

Lp.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn.miary / 4 lata	Wielkość opakowania (liczba j. m. w 1 opakowaniu)	Ilość opakowań konieczna do wykonania 4-letniej ilości badań (4 : 5)	Cena netto 1 opakowania w zł	Wartość netto w skali 4 lat w zł [6 x 7]	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w skali 4 lat w zł	Nazwa handlowa, wytwórca oraz nr katalogowy (jeśli stosowany)	Numer GTIN jeśli stosowany	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
		Jednostka miary	Ilość jedn.miary / 4 lata			Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł			
	Dzierżawa analizatora	miesiąc	48									
Razem (asortyment oraz dzierżawa)												

W formularzu cenowym należy wpisać asortyment (wszystkie odczynniki, materiały zużywalne) co do rodzaju i ilości - wystarczający do wykonania wyszczególnionych rodzaju i liczby badań przy pomocy analizatora. Wykonawca określa ilość jednostek miary na 4 lata wg zaoferowanej technologii, tak by była ona wystarczająca do wykonania wskazanej liczby badań.

	ilość oznaczeń / 4 lata
Receptor Estrogenowy	1200
Receptor Progesteronowy	1200
HER-2	1200
Ki-67	1200
p63	400
AMACR (konieczne system dwubarwny z p63)	300
P16	200
PanCytokeratyna	200
LCA	200
wimentyna	300
CD 117	200
S100	200
CK7	200
CK20	200
GATA 3	3200
PAX-8	200
SATB2	200
Cd3.	200
Cd20	200
P53	200
Kalrettnina	200

Tt11	200
Ck19	200
Ckhmw	200
Pmms	200
P120 (dwubarwny z pmms)	200
SOX10	200
CD25	200
MLH1	200
PMS2	200
MSH2	200
MSH6	200
HMB45	100
Her 2 cish	200
Inhibina	200

W niniejszym załączniku **należy uwzględnić** oprócz odczynników kalibratory, kontrole, wszelkiego rodzaju płyny (płyny myjące, płuczące, odbiałczające, detergenty) - przewidziane w danej technologii.

Liczbę fiolek materiału kontrolnego należy tak skalkulować, aby była zgodna z terminem ważności gwarantowanym przez producenta.

Liczba badań podana w zamówieniu nie zawiera liczby oznaczeń przeznaczonych na kontrolę parametrów, należy je doliczyć zgodnie z powyższą specyfiką.

W niniejszym formularzu **nie należy** ujmować materiałów eksploatacyjnych (w tym – do drukarki, z wyłączeniem papieru), części zużywalnych, zamiennych, zestawów serwisowych, itp. - niezbędnych do utrzymania w ruchu analizatora (te koszty należy uwzględnić w koszcie dzierżawy systemu, podobnie jak materiały eksploatacyjne do drukarek, np. tusze, taśmy, tonery).

Termin ważności dla wszystkich pozycji, dla których określa się termin ważności: minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia.

.....
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę(y) uprawnioną(ą) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy
lub pełnomocnika.

Charakterystyka dzierżawionego urządzenia

System do badań immunohistochemicznych

Nazwa, typ, model:	Podać
Producent:	Podać
Klasa wyrobu medycznego:	Podać
Rok produkcji (nie starszy niż 2017)	Podać

L.p.	Warunki graniczne	Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE"
1	Automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu	
2	Wykonywanie barwień metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH)	
3	Liczba miejsc na barwione preparaty-min. 22 z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji	
4	Oznaczenie od 1 do 15 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy	
5	Bezszylenowa technika przeprowadzania preparatów	
6	Dozowanie jednolitej ilości odczynnika – 100 µl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca	
7	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych	
8	Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów	
9	Zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełko	
10	Opcja zaprogramowania „opóźnionego startu”	
11	Brak konieczności neutralizacji odpadów płynnych	
12	System otwarty, dający możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwień	
13	Systemy detekcyjne pozwalające na wykonanie oznaczeń dwóch przeciwciał na jednym preparacie	
14	Możliwość dokładania preparatów podczas pracy urządzenia celem wykonania kolejnych oznaczeń	
15	Wyposażenie dodatkowe:	
15.1.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień	
15.2.	Drukarka kodów kreskowych	
15.3.	UPS podtrzymujący pracę aparatu, w razie awarii prądu	
16	Dopuszczenie do obrotu i używania dla oferowanego analizatora (należy potwierdzić słowem "TAK")	
17	Pełna instrukcja obsługi systemu w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem).	
18	Pełna instrukcja obsługi systemu oraz opisy odczynników w języku angielskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem).	
19	Szkolenie personelu Pracowni Histopatologii w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego	
20	Aparat do wykonywania badań Immunohistochemicznych Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii Zamawiającego	

UWAGA:

Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub niespełnienie któregośkolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. Deklaracje stanowiące o treści oferty nie podlegają uzupełnieniu.

W przypadku produktów i odczynników do, których wymagane są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty w formie papierowej bądź elektronicznej, do pierwszego zamówienia oraz każdorazowo przy ich aktualizacji.

.....
 Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.