

Włoszczowa, dnia 9 listopada 2022 r.

Znak DOAT: 113/11/2022

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia gabinetu stomatologicznego w celu utworzenia Poradni Stomatologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, znak sprawy: 17/11/2022**

### **Pytanie nr 1**

Chciałbym się odnieść do treści SIWS dotyczącego unitu. W punkcie 9 są zamieszczone informacje dotyczące stolika lekarza: min 5 rękawów w tym strzykawka ( 1 rękaw), skaler ( 2 rękaw) , rękaw Midwest ( 3-4 ze światłem), rękaw midwest ( 5 bez światła). Przy takiej konfiguracji zamawiający wyklucza inne końcówki np. mikromotor z kątnica. W punkcie 1 Kątnica 3 szt. zamawiający sugeruje instalacje mikrosilnika elektrycznego oraz komplet 3 szybkozłączek. Szybkozłącze jest stosowane w turbinach ( kątnicach turbinowych) , skalerach i piaskarkach . Czy zamawiający dopuści zamianę rękawa Midwest np. ze światłem na rękaw mikromotora elektrycznego dla konsol wyposażonych w pięć ramion?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę rękawa Midwest ze światłem na rękaw mikromotora elektrycznego dla konsol wyposażonych w pięć ramion.**

### **Pytanie nr 2**

Szanowni Państwo, w związku z postępowaniem ID 686043 uprzejmie proszę o udzielenie informacji do ogłoszenia - zaproszenia do składania ofert (oznaczenie sprawy 17/11/2022), dotyczącej załącznika nr 2 (Unitu stomatologicznego), punktów 5 i 12. W pkt 5 - czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty w przypadku obydwu podłokietników zamontowanych do fotelu pacjenta, przy czym jeden - od prawej strony byłby składany, a od strony spluwaczki byłby nieruchomy? W pkt 12 - czy w przypadku uchylnej spluwaczki z zakresem 180 stopni wymagacie również Państwo uchylnego bloku wodnego? W większości przypadków uchylna spluwaczka z takim zakresem (180 stopni) daje taki sam dostęp do pacjenta jak w przypadku uchylnego bloku spluwaczki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza unit stomatologiczny z dwoma podłokietnikami przy fotelu pacjenta, przy czym podłokietnik z prawej strony jest składany, a podłokietnik od strony spluwaczki jest nieruchomy.**

**Zamawiający dopuszcza brak uchylnego bloku wodnego pod warunkiem, że unit będzie wyposażony w uchylną spluwaczkę z zakresem 180 stopni, która da taki sam dostęp do pacjenta jak w przypadku uchylnego bloku wodnego.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert, zamieszczona jest na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa) i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

09.11.2022 r., Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie  
*Rafał Krupa*  
/podpisano elektronicznie/

**SPORZĄDZIŁA:**

09.11.2022 r., Starszy specjalista  
*Marta Piwońska*  
/podpisano elektronicznie/