

SPZOZ-ZP/12D/2023

Kępno, dnia 26.04.2023r.

Otrzymują:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania przetargowego pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań równowagi kwasowo – zasadowej i parametrów krytycznych z kooksymetrią wraz z dzierżawą analizatora i analizatora backup do wykonywania tych badań oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na analizatorze parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącym własnością Zamawiającego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/12D/2023.

Działając na podstawie art.284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. ,1710 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie pomimo upływu terminu na zadawanie pytań udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy: zał. nr 1B - pkt 9 warunków granicznych

1. Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania, w którym odpady płynne są gromadzone w zamkniętym pojemniku bez możliwości kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym; pojemnik na odpady jest umieszczony w pakiecie odczynnikowym i dzięki zastosowanej technologii hermetycznego zamknięcia odpadów pakiet ten może zostać powtórnie użyty np. w analizatorze back up i jest wyrzucany dopiero po skończonym terminie przydatności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje rozwiązania, w którym odpady płynne są gromadzone w zamkniętym pojemniku bez możliwości kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym.

Podpisano: **Dyrektor SPZOZ w Kępnie**
/-/ Beata Andrzejewska