

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów



Celestynów, dn. 12 czerwca 2020 r.

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę Polowej Placówki Medycznej Poziomu 1” – sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN.

Na podstawie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ – WET w określonych poniżej punktach, wszystkie pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

***Wszystkie elementy i wyposażenia Polowej placówki medycznej Poziomu 1 muszą być wzajemnie kompatybilne, wykonane z zachowaniem zasad ergonomii ich użytkowania.***

**Pkt. 14 WET – Wymagania dla respiratora z zestawem tlenowym, ppkt. 3.**

1. Wymagania dla respiratora z zestawem tlenowym.
  - 1) Zasilanie respiratora elektryczne za pomocą baterii lub akumulatora.
  - ~~2) Okres eksploatacji/żywołność baterii/akumulatora zasilającego respirator musi wynosić minimum 2 lata lub 350 godzin pracy.~~
  - ~~3) Respirator powinien być wyposażony w dodatkową baterię pomocniczą odpowiedzialną z podtrzymanie alarmów świetlnych i dźwiękowych.~~

- ~~4) Okres eksploatacji/żywołność baterii/akumulatora zasilającej alarmy świetlne i dźwiękowe respiratora musi wynosić minimum 1 rok.~~  
*Okres eksploatacji/żywołność baterii/akumulatora zasilającego respirator oraz alarmy świetlne i dźwiękowe respiratora musi wynosić minimum 2 lata lub 350 godzin pracy.*

**Pkt. 20 WET – Wymagania dla pulsoksymetru, ppkt. 4 lit. a)**

- 4) Zakres pomiarowy:
- a) ~~SpO<sub>2</sub>: 0 – 100%,~~ SpO<sub>2</sub>: 60 – 100%,
  - b) częstotliwość pulsu: 20 - 300 uderzeń/min.

**Pkt. 25 WET - Wymagania dla stojaka pod nosze ppkt. 6, ppkt. 7, ppkt. 8, ppkt. 9, ppkt. 12 lit. d) .**

- ~~6) Wymiary po złożeniu do 120 cm (wys.) x 70 cm (szer.) x 30 cm (gł.).~~  
*Wymiary po złożeniu jako maksymalne: do 125 cm x 80 cm x 35 cm.*
- ~~7) Wymiary po rozłożeniu: 91 cm (wys.) x 60 cm (szer.) ±5%.~~  
*Wymiary po rozłożeniu jako maksymalne: do 95 cm x 70 cm.*
- ~~8) Waga z wyposażeniem do 14 kg. Maksymalna waga z wyposażeniem do 20 kg.~~
- ~~9) Podstawa (nóżki) stojaka pod nosze muszą być stabilne, wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm, w ogumowanej nakładce na powierzchni styku z podłożem (minimalizacja ryzyko uszkodzenia elastycznej podłogi namiotu).~~  
*Stelaż wykonany z aluminium o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności, ze stopkami zabezpieczającymi / wykonanymi w sposób eliminujący ryzyko przebicia podłogi miękkiej namiotu.*

12) W komplecie:

- ~~d) taca zabiegowa, wymiary: 360 x 240 x 12 mm ± 5% - 1 szt. taca zabiegowa o wymiarach max: 55 cm x 40 cm x 20 mm.~~

**Pkt. 26 WET - Wymagania dla deski ortopedycznej ppkt. 4, ppkt. 5.**

- 1) Deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i pasami bezpieczeństwa.
- 2) Wyposażona w minimum 14 uchwytów rozmieszczonych na obwodzie deski oraz pinsy do mocowania pasów z karabińczykami.
- 3) Musi być możliwość diagnostyki RTG poszkodowanego na desce.

- 4) ~~Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 250 kg. Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 159 kg.~~
- 5) ~~Wyporność w wodzie co najmniej 100 kg. Wyporność na wodzie min. 60 kg.~~

**Pkt. 28 WET – Wymagania dla namiotów, ppkt. 22 lit. e) tired czwarty.**

- e) Ilość, waga i wymiary ładunków (paczek) transportowych:
- ilość paczek transportowych do 4 szt.,
  - łączna waga paczek transportowych do 250 kg,
  - dla namiotu ze stelażem zewnętrznym dopuszczalna łączna waga paczek transportowych do 290 kg,
  - ~~waga pojedynczej paczki transportowej do 140 kg, waga pojedynczej paczki transportowej do 160 kg,~~
  - objętość pojedynczej paczki transportowej maksymalnie 1 metr sześcienny.

**II. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

**KOMENDANT**

**/-/ płk Waldemar PAWELEC**