

## Dotyczy: zapytania na „Dostawę zestawu narzędzi laryngologicznych”

ID 652242

### Poniżej odpowiedzi na pytania do w/w zapytania

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

1. Lp.1 Nożyczki bez złącza do czyszczenia o dł. 135 mm. Odp. Nie, parametry b/z
2. Lp.2 Kleszczyki nie posiadające nazwy własnej, spełniające wymagania. Tak, Zamawiający dopuszcza
3. Lp.3 Kleszczyki nie posiadające nazwy własnej, spełniające wymagania. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków prostych czy zagiętych w prawo. Tak, Zamawiający dopuszcza, kleszczyki proste
4. Lp. 4 Kleszczyki nie posiadające nazwy własnej, spełniające wymagania. Tak, Zamawiający dopuszcza
5. Lp.5 Rurka o dl. 65 mm. Odp. Nie, parametry b/z
6. Lp.6 Rurka o dl. 65 mm. Odp. Nie, parametry b/z
7. Lp.7 Rurka o śr. 1,2 mm, dł. 65 mm. Odp. Nie, parametry b/z
8. Lp.8 Adapter nie posiadający nazwy własnej. Tak, Zamawiający dopuszcza
9. Lp.9 Mikronoż Antoni-Candela śr. 2 mm, zagięty pod kątem 45 st., dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
10. Lp.10 Igła Rosen o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
11. Lp.11 Igła Barbara o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
12. Lp.12 Igła Barbara o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
13. Lp.13 Nóż o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
14. Lp.14 Nóż o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
15. Lp.15 Nóż o dl. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
16. Lp.16 Nóż o wym. 3,5x2,0 mm, dł. 150 mm. Odp. Nie, parametry b/z
17. Lp.18 Kleszcze o dl. 100 mm, szer. 2,5 mm. Odp. Nie, parametry b/z
18. Lp.19 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej o dl. 160 mm. Odp. Nie, parametry b/z
19. Lp.20 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej o dl. 160 mm. Odp. Nie, parametry b/z
20. Lp.21. Kleszcze o dl. 180 lub kleszcze nie posiadające nazwy własnej o dl. 160 mm. Odp. Nie, parametry b/z

21. Lp.22 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Odp. Nie, zapisy bez zmian

22. Lp.23 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej. Tak, Zamawiający dopuszcza

23. Lp.24 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej. Tak, Zamawiający dopuszcza

24. Lp.25 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej o dł. 130 mm. Odp. Nie, parametry b/z

25. Lp.26 Kleszcze nie posiadające nazwy własnej o dł. 130 mm. Odp. Nie, parametry b/z

26. Lp.27 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Odp. Nie, zapisy bez zmian

27. Lp.30 Kleszczyki nie posiadające nazwy własnej o wym. 0,8x40 mm. Odp. Nie, parametry b/z

29. Lp.31 Hak o dł. 220 mm. Odp. Nie, parametry b/z

30. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

- 14 tygodni – 0 pkt.
- 12 tygodni – 5 pkt.
- 10 tygodni – 15 pkt.
- 8 tygodni – 20 pkt.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Odp. Nie, zapisy bez zmian

31. Czy w związku z tym, iż narzędzia będące przedmiotem postępowania należą do grupy narzędzi mikrochirurgicznych, które zgodnie z gwarancją i zaleceniami producenta w przypadku uszkodzenia lub zużycia są naprawiane/regenerowane poprzez wymianę na nowe, Zamawiający odstąpi od wymogu oświadczenia dysponowania przez wykonawcę działem regeneracji narzędzi chirurgicznych?

Odp. Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dysponowania przez Wykonawcę działem regeneracji narzędzi chirurgicznych.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ  
50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5  
R 930090240, NIP 899-22-28-956