



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/14/2022

Przasnysz, dnia 04.03.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zakup sterylizatora parowego przelotowego dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wydziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Dot. SWZ:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odp. Droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia:

Centralna Sterylizatorni znajduje się na II piętrze, możliwość dojazdu z poziomu - 1 i poziomu 0 windą.

- 1. Drzwi przejściowe – szer. 130 cm, wys. 200 cm.*
- 2. Winda – szer. 110 cm, wys. 200 cm, udźwig 1800 kg.*
- 3. Drzwi do centralnej sterylizatorni – szer. 100cm, wys. 200 cm.*

Pyt. 2

Dot. SWZ:

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odp. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac do montażu nowego sterylizatora jest po stronie Wykonawcy. W miejscu posadowienia sterylizatora są media.

Pyt. 3

Dot. SWZ rozdział IV: Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od daty obowiązywania umowy.

Prosimy Zamawiającego o zamianę zapisu na:

Termin wykonania zamówienia: 16 tygodni od daty obowiązywania umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pyt. 4

Dot. Załącznika nr 6 do SWZ wzór umowy § 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie w konfiguracji wg. wymogów klienta.

W czasie pandemii popyt na sprzęt medyczny i urządzenia używane w służbie zdrowia uległ znacznemu zwiększeniu, a czas produkcji w tej branży uległ znacznemu wydłużeniu.

Producenci sprzętu medycznego i urządzeń używanych w służbie zdrowia uzależnieni są również od swoich dostawców / kooperantów – w wyniku pandemii mogą pojawiać się problemy z terminową realizacją zamówień.

Termin realizacji do 16 tygodni daje Wykonawcy szansę na złożenie oferty przetargowej oraz daje gwarancję terminowego wywiązania się z umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pyt. 5

Dot. załącznika nr 1 SWZ: formularz oferty punkt 1:

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Kwota netto PLN

(słownie:)

Kwota brutto..... PLN

(słownie:)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Kwota netto PLN

(słownie:)

Stawka VAT:

Kwota brutto..... PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pyt. 6

Dot. załącznika nr 6 SWZ: wzór umowy § 6 warunki płatności punkt 1:

§ 6 Warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto: zł

(wartość netto słownie:)

wartość brutto: zł

(wartość brutto

słownie:

.....)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

§ 6 Warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto: zł

(wartość netto słownie:)
stawka VAT:
wartość brutto: zł
(wartość brutto słownie:)

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 %, natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu np. transport, prace budowlane opodatkowane są stawką 23%.

W związku z tym stawki VAT powinny być wykazane w formularzu ofertowym oraz w umowie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pyt. 7

Dot. Załącznika nr. 6 do SWZ wzór umowy § 7 Gwarancja punkt 12:

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki, awarii albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki, awarii albo jego wymiany w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, Żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie.

Każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Ponadto sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe podlega nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego,

więc zainstalowanie urządzenia zastępczego w przypadku sterylizatora parowego w krótkim czasie w praktyce nie wchodzi w rachubę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pyt. 8

Dot. Załącznika nr. 6 do SWZ wzór umowy § 8 Kary umowne punkt 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia;

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 25 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.

w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też

nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

Prosimy Zamawiającego zmianę zapisu na:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia;

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 25 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,2 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.

w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,2 % kwoty brutto o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

[Podpis]
mgr Urszula Maćkowska

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405