

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.23.D.2021, odpowiadamy na pytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1: (Załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie II – Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt., pkt 5)** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia wyposażone w pełny płaszcz grzejny komory? Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie jest lepsze od wymaganego przez Zamawiającego. Eliminuje powstawanie chłodniejszych miejsc w komorze i zapewnia równomierne nagrzewanie się komory.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2: (Załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie II – Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt., pkt 35)** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia z możliwością zainstalowania 8 dodatkowych programów sterylizacyjnych? Z naszego doświadczenia wynika, że w połączeniu z 12 fabrycznymi programami jest to w zupełności wystarczająca liczba do sprawnego przeprowadzania procesów sterylizacji narzędzi wykonanych z różnego rodzaju materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3: (Załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie II – Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt., pkt 43)** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora zasilany elektrycznie 400 V, 50 Hz, o mocy 52 kW?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4: (Załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie II – Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt., pkt 44)** Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając urządzenia o wysokości 250 mm?

**Odpowiedź:** W pkt. 44 doszło do omyłki pisarskiej, winno być 2500mm.

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o wymiarach 950 x 1292 x 2400 mm (SxGxW).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust 3 przedłuża termin składania ofert na dzień 26.04.2021 roku na godzinę 11:00, termin otwarcia ofert na godzinę 11:30.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do dnia 25.05.2021r

Z poważaniem