

Lublin, dnia 9 kwietnia 2020 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-3731-23/20/AP

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Na podstawie pkt. 5 sekcji VIII. Informacje dodatkowe Zamawiający zmienia treść wyjaśnień udzielonych w dniu 8 kwietnia 2020 r. w postępowaniu na **Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do realizacji opieki psychiatrycznej w warunkach szpitalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, wymagających hospitalizacji, jednocześnie podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w związku z wpisaniem Szpitala do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19**, znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP-3731-23/20/AP, w zakresie:


- 1) Odpowiedzi na pytanie 127, która winna brzmieć:

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości, przedstawiając minimalne warunki graniczne w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca nie może oczekiwać, iż to Zamawiający będzie badał i analizował przesłany opis parametrów technicznych zamiast konkretnych zapytań dot. konkretnych pozycji przedmiotu zamówienia (ujętych w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia o co najmniej minimalnych parametrach zawartych w załączniku nr 2 do zapytania oraz odpowiedziami udzielonymi na zapytania złożone w przedmiocie postępowania.

- 2) Odpowiedzi na pytanie 112, która winna brzmieć:

Odpowiedź: Zamawiający dopuści ssak z zasilaniem bateryjno-sieciowym o wadze do 4,5 kg.

Pozostałe zapisy wyjaśnień udzielonych w dniu 7.04.2020 pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Szpitala Neuro psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny ZOZ

dr n. med. Piotr Dreher



