



WSzSL.FZ.381./58/642/2023

Legnica 14-09-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWNIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ:
1. APARATU RTG Z RAMIENIEM C
ORAZ
2. ZESTAWU SPRZĘTÓW - DOPOSAŻENIA DO WIEŻY ENDOSKOPOWEJ OLYMPUS
znak sprawy: WSzSL/FZ-58/23**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy załącznika nr 2a – Część 2, Pompa systemu CO2 – 1 szt. Punkt I pozycja 4

Pytanie 1 - Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia reduktora butlowego CO2 w przypadku gdy jest on zbędny do współpracy z oferowaną pompą CO2?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie SWZ.

Dotyczy Części 1

Pytanie 2 -Prosimy o sprecyzowanie, czy przedmiot zamówienia obejmuje także podłączenie przedmiotowego aparatu do szpitalnego serwera PACS ? Jeśli „tak” to prosimy o sprecyzowanie, czy dostarczenie/zakup licencji do PACS jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy lub czy Zamawiający posiada wolna licencję?

W odpowiedzi na pytanie: Szpital posiada PACS i RIS. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje podłączenia zamawianego aparatu do szpitalnego serwera PACS.

Pytanie 3- Prosimy o dopuszczenie aparatu, wyprodukowanego w listopadzie 2022 roku – nie powystawowego, fabrycznie nowego, fabrycznie zapakowanego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza aparat wyprodukowany w listopadzie 2022 roku – nie powystawowy, fabrycznie nowy, fabrycznie zapakowany. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Projektu umowy §5, ust. 1a

Pytanie 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia wadliwości przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji lub rękojmi?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ projektu umowy w §5, ust. 1a.

dotyczy Załącznika nr 2 do umowy, Karta gwarancyjna, §3, pkt. 1

Pytanie 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §3, pkt. 1 na możliwość zgłaszania wad i awarii urządzenia, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie w dni robocze w trakcie pracy serwisu w godzinach 8.00-16.00 oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel. lub na adres poczty elektronicznej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w udzielonych odpowiedziach w dniu 13.09.2023r. zmodyfikował §3, pkt. 1 w Załączniku nr 2 do umowy- Karta Gwarancyjna.

dotyczy Umowy Powierzenia Danych Osobowych (Część 1) §2, pkt. 9



Pytanie 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych na adres wskazany w Załączniku nr 4 informować Powierzającego o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępnić treść tej korespondencji?

W odpowiedzi na pytanie: Wykonawca nie sprecyzował zmian we wskazanym powyżej zakresie.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch