

Opole 05.08.2022 r.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania pn. dostawa medycznych środków materiałowych, wyrobów medycznych, elektrod oraz adapterów do defibrylatorów i kardiomonitorów, nr sprawy 1/ZDR/2022.

### **Pytanie:**

Witam serdecznie, Ponawiam pytanie Pytanie nr 1 Prosimy o poprawę wielkości opakowania rurki nosowo-gardłowej na prawidłowy tj. maksymalnie 12cmx22cm, gdyż rurka opisana przez Zamawiającego posiada w/w rozmiar opakowania. Nie ma rurek nosowo - gardłowych zgodnych z WET w rozmiarze opakowania 10x22 cm. Trzeba dopuścić opakowanie 12x22 cm, gdyż nikt nie jest w stanie złożyć oferty na rurkę w opakowaniu 10x22 cm. Pytanie nr 2 Jednocześnie należy poprawić jeszcze klasę wyrobu dla pozycji 27 bo podkłady są klasą I wyrobu medycznego pozycja nr 28 - również klasa I pozycja nr 30 – klasa I.

### **Odpowiedź:**

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza opakowanie rurek nosowo-gardłowych 7,5 mm o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienił klasy wyrobów medycznych dla pozycji nr 27, 28 oraz 30 w formularzu cenowym po modyfikacji w dniu 03.08.2022 r., formularz cenowy został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż pytanie nie wpływa na zmianę treści SWZ ani na zmianę terminu składania ofert.