

Do wszystkich zainteresowanych

**ODPOWIEDŹ NR 1
NA WNIOSKI WYKONAWCÓW**

DOTYCZY: Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

Zamawiający, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach?

1.	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
2.	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
3.	Podgłówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
4.	Regulacja wzdłużna podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
5.	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie 625-925 mm. Wysokość stołu w pozycji wyjściowej 580 mm
6.	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem,
7.	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
8.	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
9.	Możliwość zapamiętania 8 pozycji na pilocie. Dodatkowo funkcja auto run, CPR oraz przycisk reset.
10.	Możliwość ustawienia pozycji trendelenburga (-12 °) oraz odwróconego trendelenburga (+5 °)
11.	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia (0° / +180°) oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
12.	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

13	Szerokość całkowita stołu: 850 mm (wraz z podłokietnikami) Szerokość leża: 610 mm Długość całkowita stołu: 1760 (1900 mm przy maks. wydłużeniu zagłówka) Rozmiar podstawy: 720 x 785 mm
14	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
15	Zakres regulacji podpory pleców: 83° Zakres regulacji zagłówka: 64° (-29° /+35°) Zakres regulacji podpory nóg: 77° Zakres regulacji siedziska: 40° (-5° /+35°)
16	Podstawa chromowo-niklowa.
17	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
18	Nośność- 250 kg
19	Waga- 135 (bez akcesoriów)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści elastyczny pałąk na obłożenie stołu z możliwością podłączenia dopływu powietrza do zaproponowanego modelu stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści podłokietnik anestetyczny do zaproponowanego modelu stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy stołu na 4 kółkach jezdnych z dwoma hamulcami dla każdej osi, dostępnymi po obu stronach stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch mechanicznych hamulców dla każdej z osi jezdnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrohydraulicznego składania s tołu do pozycji siedzącej i leżącej za pomocą siłowników hydraulicznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji wysokości siedziska od podłogi w zakresie od 580mm do 860mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji długości blatu w zakresie od 1795mm do 1983mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości siedziska 787mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie U kształtnego oparcia na głowę o regulacji manualnej w trzech osiach?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga regulowaną elektrohydraulicznie w zakresie 10 stopni?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt. 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota z możliwością zapamiętania ośmiu dowolnych pozycji stołu z których jedna może być pozycją Trendelenburga?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego obciążenia stołu 250kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pkt 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania akumulatorowego o ładowaniu przez bezpośrednie podpięcie do sieci?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Czy Zamawiający w pkt 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi stołu bez pacjenta 140kg?

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.