



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.76.13. (APT/40).22.K.K.

Poznań, dnia 14 listopada 2022 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania
SZP/APT/40/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH** - nr rejestru: **SZP/APT/40/22**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość złożenia ważnej oferty z zestawem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z przetwornikiem do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczym, zawierającym podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz – zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Aparat kroplówkowy o długości ok. 152 cm (122 + 30 cm) ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażonym w prostą igłę zapobiegającą zapowietrzeniu układu. Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii. Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 19

Czy Zamawiający w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu wymaga dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowych kompletów koreczków.

Pytanie nr 3

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów tak, aby otrzymały następujące brzmienie:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zapłaty następujących kar umownych:

1) **1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 20,00 zł;**

2) **1% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 20,00 zł; (...)**”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zapłaty następujących kar umownych:

1) **0,5%** wartości brutto zamówionej, **a niedostarczonej** partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż **50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a niedostarczonej partii wyrobów**

2) **0,5%** wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż **50,00 zł;**

3) **10% niezrealizowanej** wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku częściowego odstąpienia od realizacji umowy, w szczególności w zakresie dostaw określonych produktów, przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5) **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust. 3 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

6) **50,00 zł**, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury VAT z tytułu zamawianych wyrobów lub faktury VAT niezawierającej danych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, **lecz nie więcej niż 10% wartości brutto tej faktury.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7**Część 11 poz.1**

Czy Zamawiający pod pojęciem „opakowanie”, rozumie opakowanie handlowe tj np. 25 blisterów po 2 szt, czy blister 50szt pakowanych folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie części nr 11 poz. 1 opakowanie jest to 50 szt kompresów zapakowanych w folia papier. Zamawiający dopuszcza pakowanie po 40 szt.

Pytanie nr 8**Część 11**

Prosimy o zmniejszeni ilości wymaganych próbek do 1 op. 3 op jest to ilość wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9**Część 12**

Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 12mm x 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10**Projekt umowy §5 ust.1 pkt 1)**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych do poziomu 1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie więcej jednak niż 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11**Projekt umowy §5 ust.1 pkt 5,6)**

Prosimy o usunięcie zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****Część nr 7**

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tufery kule jałowe, 20 nitkowe, w rozmiarze 24 x 24 cm pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 216 opakowań po 20 sztuk – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Część nr 7 Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tufery kule jałowe, 20 nitkowe, w rozmiarze 24 x 24 cm pakowane po 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 300 opakowań po 20 sztuk – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****Część nr 7**

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tufery kule jałowe, 20 nitkowe, w rozmiarze 13 x 13 cm pakowane po 10 sztuk – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Część nr 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści chusty o wymiarach 96x96x136 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16

Część nr 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści chusty o wymiarach 96x96x136 cm?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w części 14 oczekuje zszywek powleczonych teflonem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zszywek zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Część 3, poz. 14-15, 32 Czy zamawiający wydzieli poz. 14-15, 32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Część 5, poz. 1-4 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Część 11, poz. 2 Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z zapytaniem odnośnie ilości wymaganych próbek. Czy w pakiecie nr 4 wymagają Państwo po 3 sztuki do jednej pozycji, czy 3 sztuki liczone są jako do oddzielnej pozycji

| Załącznik nr 2 do SWZ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|-------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|--|--|
| Formularz asortymentowo-cenowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część nr 4 Opaski unieruchamiające żywiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach) | |
| 1 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna żywiczna sztywna, czas utwardzania do 3 min. | 7,6cmx3,6m | 1 szt. | 20 | | | | | | | | | | 3 | |
| 2 | Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG. | 10-10,1cmx3,6m | 1 szt. | 80 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 12,7cmx3,6m | 1 szt. | 200 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna półsztywna - elastyczna i miękka nawet po uzyskaniu końcowej twardości. Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, czas utwardzania do 10min, przezierna dla promieni RTG, mix kolorów. | 5cmx3,6m | 1 szt. | 680 | | | | | | | | | | x | |
| 5 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna półsztywna - elastyczna i miękka nawet po uzyskaniu końcowej twardości. Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, czas utwardzania do 10min, przezierna dla promieni RTG. | 7,6cmx3,6m | 1 szt. | 560 | | | | | | | | | | 3 | |
| 6 | | 10-10,1cmx3,6m | 1 szt. | 880 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 12,7cmx3,6m | 1 szt. | 460 | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | Wartość zamówienia podstawowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Całkowita wartość (wartość zamówienia podstawowego plus wartość prawa opcji) | |

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek dowolnego rozmiaru z zaznaczonych pozycji.

Pytanie nr 24

Tak samo w przypadku pakietu nr 9, czy w przypadku 1 kolumny maja to być po 2 sztuki do każdej pozycji, czy 2 sztuki dowolnego produktu z zaznaczonych pozycji

Część nr 9 Przyłepce opatrunkowe

| Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach) |
|-----|---|-----------------|--------|-------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Przyłepce opatrunkowe do umocowania i pokrywania całej powierzchni opatrunku na włókninie perforowanej, miękkiej, pociągłej z papierem wyścielającym o wysokiej przylepności (przepuszczalność, wodoodporny hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na nośnik) | 10cmx9,1-10m | 1 szt. | 20 | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | | 15cmx9,1-10m | 1 szt. | 136 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 20cmx10m | 1 szt. | 320 | | | | | | | | | | |
| 4 | Przyłepce hypoalergiczny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze, ze 100% poliuretanu, posiadający: białej, bez zawartości wiskozy / celulozy, mikroperforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie bez nożytek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z równomiernie nałożonym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej / pierwotnej. | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 1200 | | | | | | | | | 2 | |
| 5 | | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 24 | | | | | | | | | | |
| 6 | Przyłepce hypoalergiczny z białego jedwabiu, tkany z klejem akrylowym o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej / powietrza, z ząbkowanymi brzożkami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożytek wzdłuż i w poprzek; | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 6240 | | | | | | | | | 2 | |
| 7 | | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 360 | | | | | | | | | | |
| 8 | Przyłepce hypoalergiczny z przezroczystego mikrooporowatego poliuretanu, perforowany na całej powierzchni, wysoce elastyczny, przepuszczalny z wodoodpornym klejem akrylowym, łatwo dzielący się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożytek | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 360 | | | | | | | | | 2 | |
| 9 | | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, z cienką folią poliuretanową, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przyklepnej, kształt prostokąt bez wcięcia, ramka otaczająca cały opatrunek ułatwiająca aplikację, pakowany pojedynczo. Nie przepuszczalne dla bakterii i wirusów, pory o średnicy poniżej 27nm. Opakowanie folia-folia. | 6x7cm | 1szt. | 5200 | | | | | | | | | 5 | |
| 11 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Wzmocniony po bokach włókniną, posiadający dodatkowo 2 paski mocujące z włókniny i miękką do adhezji daty naklejania. Trwałość na skórze minimum 72h. Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, z cienką folią poliuretanową, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przyklepnej, kształt prostokątny z wcięciem, ramka otaczająca cały opatrunek ułatwiająca aplikację, pakowany pojedynczo. Nie przepuszczalne dla bakterii i wirusów, pory o średnicy poniżej 27nm. Opakowanie folia-folia. | 7x8 cm | 1 szt. | 400 | | | | | | | | | 5 | |
| 12 | Opatrunek do wkłuć centralnych podobojczykowych | 8,5x11,9 cm | 1 szt. | 100 | | | | | | | | | 5 | |

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek dowolnego rozmiaru z zaznaczonych pozycji.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa Zamawiającego/ a/a