



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 17.10.2024 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych (urologicznych) dla Szpitala Kolejowego przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie., nr publikacji ogłoszenia 192/2024 592065-2024 z dnia 02.10.2024 r.**

**Znak sprawy – PN-60/2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

### **Pytanie 1**

**Pakiet 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, o typowej grubości na palcu:  $0,22 \pm 0,02$  mm, o typowej grubości na dłoni  $0,20 \pm 0,02$  mm, o typowej grubości na mankiecie:  $0,20 \pm 0,02$  mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min. 19N, a po starzeniu min. 15N?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**