



Projekt: Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

L. dz. DZP- 773/22

Poznań, dnia 12.10.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-111/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Dostawę dwóch komór laminarnych.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści filtry HEPA H14 o skuteczności 99.97% dla cząstek 0.3 μm ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w zał. nr 3 poz. 7 - komorę nr 1 o szerokości zewnętrznej odpowiednio 1645 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii w trybie pracy wynoszące 290 W?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wysokość roboczą szczeliny okna wynoszącą 300 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Przesłane, informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.