

Bielsko-Biała dn. 27.11.2024r.

DZP.271.63.2024 - 4

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w ramach realizowanego programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024r. realizowanego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.63.2024)**

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 projektu umowy – zał. 3 do SWZ w następujący sposób:

Czas reakcji serwisu w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie nie dłuższy niż **48 godzin** w dni robocze, natomiast maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć **6 dni roboczych** a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części **10 dni roboczych**. W przypadku przedłużenia czasu naprawy powyżej **10 dni roboczych** konieczność wstawienia aparatu zastępczego tej samej klasy do **8 dni roboczych**.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy.

**Pytanie nr 2-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 projektu umowy – zał. 3 do SWZ w następujący sposób:

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy **8%** łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 1 terminu dostawy przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy **8%** łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

3) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 12 terminu w usunięciu wad lub usterek (awarii) urządzeń w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z

zastrzeżeniem, iż łączna wysokość kary z tego tytułu nie przekroczy 8% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy.

**Pytanie nr 3-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5- załącznik nr 3 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy.

**Pytanie nr 4-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5- załącznik nr 3 do SWZ w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za zwłokę w dostawie towaru od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej kwoty zamówienia. Uważamy za niesprawiedliwe nałożenie kary na Wykonawcę za już zrealizowaną terminowo część umowy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy.

**Pytanie nr 5-dotyczy Barwiarka**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe?

Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem

