



*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 143/2023/PN/DZP pt. „Wykonanie usługi polegającej na instalacji i uruchomieniu systemu rezonansu magnetycznego MR450W firmy GE Healthcare wraz ze szkoleniem personelu dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w pkt 1 lit. c. OPZ, wymaga od Wykonawcy zobowiązania do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych, części zamiennych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach. Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych.

W dobie obecnego kryzysu ekonomicznego oraz problemów z jakimi borykają się placówki medyczne z uwagi na inflację oraz rosnące opłaty za energię elektryczną, wnosimy o weryfikację zaproponowanych przez Zamawiającego w/w zapisów i potwierdzenie, iż w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia Zamawiający dopuszcza dostarczenie części regenerowanych/używanych, jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe. Powyższe rozwiązanie



przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem. Wskazujemy, iż rezonans magnetyczny MR450W firmy GE Healthcare będący przedmiotem zamówienia nie jest już objęty gwarancją producenta. Ponadto, zgoda Zamawiającego na powyższe będzie spójna z polityką ekologiczną naszego państwa oraz Unii Europejskiej w związku z zasadą wydłużania życia produktów i obniżaniem negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. Wskazujemy, iż do produkcji nowych części zużywane są duże ilości energii, stosowane są szkodliwe substancje, emitowane są zanieczyszczenia do powietrza czy odprowadzane są duże ilości ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treści zawarte w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował i skierował do realizacji zamówienia 3 osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadające certyfikaty imienne wydane przez producenta aparatu lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy. Szkolenie odbyte w ostatnich 36 miesiącach.

Nadmienić jednak trzeba, że obecnie na rynku funkcjonuje kilku Wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaturę medyczną, będącą przedmiotem zamówienia, którzy dysponują inżynierami legitymującymi się certyfikatami ukończenia szkoleń uprawniających do serwisowania urządzeń medycznych wydanymi przez podmioty niezależne od producenta, posiadającymi niezbędne doświadczenie (ponad 3-letnie) i wykształcenie. Rezonans magnetyczny MR450W firmy GE Healthcare nie jest nowością na rynku medycznym, więc inżynier z długoletnim stażem w serwisie rezonansów GE jest wiarygodniejszym serwisantem niż ten, który ma kilka miesięcy doświadczenia, a legitymuje się wymaganym przez Zamawiającego imiennym certyfikatem producenta aparatu.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza



postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wskazujemy, iż pozostawienie zapisów SWZ w dotychczasowej treści, spowoduje złożenie oferty jedynie przez producenta sprzętu, oraz wykluczy z udziału w postępowaniu firmy niezależne od producenta, które z powodzeniem świadczą usługi serwisowe rezonansu magnetycznego będącego przedmiotem zamówienia, potwierdzone licznymi referencjami.

W związku z powyższym, w trosce o zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców zatrudniających inżynierów serwisu, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania rezonansów magnetycznych GE, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak od min. 5 lat szkolące w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treści zawarte w SWZ w powyższym zakresie.

Z poważaniem,

Sporządzili: Anna Opalach