

Nr sprawy AZP.274.4/2022-108

Lublin, 24.03.2022 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Dostawa spektrometru absorpcji atomowej w wersji płomieniowej na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniach 21.03.2022 r. i 22.03.2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:

1. Dzień dobry ,czy dopuszczą Państwo spektrometr, który posiada następujące cechy różniące się od wskazanych przez Państwo: - System korekcji tła w całym zakresie pomiarowym z wykorzystaniem korekcji deuterowej lub Smith-Hieftje.

1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza korekcji opartej na lampie deuterowej lub Smith-Hieftje. Zamawiający wymaga korekcji z wykorzystaniem metody Zeemana.

2. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie warunku gwarancji i rękojmi i jego zmianę na następujące:

„W przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu/elementu sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się wymienić moduł/element na nowy o co najmniej równoważnych parametrach. W przypadku wymiany modułu/elementu okres udzielonej gwarancji na nowy moduł/element rozpoczyna bieg na nowo od daty wymiany”

Wykonawca wskazuje, iż w urządzeniach typu spektrometr absorpcji atomowej nie wymienia się całego urządzenia, a wyłącznie jego poszczególne moduły/elementy. Nie ma potrzeby wymiany całego nowego urządzenia, jeśli pozostałe jego podzespoły pracują w sposób prawidłowy. Takie działanie byłoby całkowicie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji oraz nieekonomiczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , że modyfikuje zapisy załącznika nr 6 do SWZ w § 5 ust. 2 pkt 5) w następujący sposób :

„ w przypadku trzykrotnej naprawy danego modułu/ elementu sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się wymienić moduł/element na nowy o co najmniej równoważnych parametrach. W przypadku dokonania wymiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, okres udzielonej gwarancji na nowy moduł/ element rozpoczyna bieg na nowo od daty wymiany” .

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.

1) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert określony w Rozdziale XI ust. 1 SWZ :

Termin składania ofert upływa w dn. **31.03.2022 r. o godz. 10:00**

2) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w Rozdziale XII ust. 1 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.03.2022 r. o godz. 10:30**

3) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin związania ofertą określony w Rozdziale IX ust. 1 SWZ:

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **29.04.2022 r.**

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

2

Załączniki do niniejszego pisma:

1) Załącznik nr 6 do SWZ z uwzględnieniem dokonanej modyfikacji.

Z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych