

COZL/DZP/ED/3412/TP-82/24

Lublin, dnia 28.06.2024r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę jednorazowych opakowań sterylizacyjnych, produktów wspomagających procesy dekontaminacji oraz kontrola chemiczna procesów sterylizacji.

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Części nr 4: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Części nr 4, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Części nr 4, pozycja nr 4: Czy w miejsce rękawa 125mm Zamawiający dopuści rękaw 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Części nr 4 - wymagania pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo-foliowe z gramaturą papieru medycznego 60 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Części nr 4 - wymagania pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy papierowo-foliowe, w których temperatura zgrzewu wynosi 180 – 220 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Części nr 4 – wymagania pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawy papierowo-foliowe z folią minimum siedmiowarstwową z warstwa kleju oraz o gramaturze minimum 52,9 g/m², grubość 54µm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Części nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękaw papierowo-foliowy w rozmiarze 120mmx200?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Części nr 6 - wymagania pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania rękawy papierowo-foliowe z folią minimum siedmiowarstwową z warstwa kleju?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki w rozmiarze 100x210mmm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Część 6 poz. 1 dotyczy rozmiaru rękawów włókninowo – foliowych płaskich.

Pytanie Nr 10

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 1 lit c) wzoru umowy kara została zmniejszona do wartości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.