



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5358 /2021

Data: 16.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o” Znak Sprawy: 5254 / 2021

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 do punktu 5

Dotyczy wzoru umowy. Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu, dotyczącego wymiany aparatu po 3 usterkach tego samego podzespołu poprzez dodanie "w ciągu 12 miesięcy".

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 18 pkt 6 na brzmienie: „W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu urządzeń – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy a w przypadku dwukrotnej awarii głównych elementów pomiarowych urządzenie na nowe w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.”

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

