



Znak: AE/ZP-27-55/21

Tarnów, 2021-12-17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę cykloergometru leżankowego do testów prób wysiłkowych 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 2** – Prosimy o wprowadzenie punktacji i przyznanie 5 punktów dla urządzenia o największej nośności.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 7** – Prosimy o dopuszczenie leżanki z pochyleniem bocznym 0-30 stopni? Pochylenie 30 stopni jest wystarczające przy echokardiografii wysiłkowej.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 16** – Prosimy o wprowadzenie punktacji i przyznanie 5 punktów za oprogramowanie umożliwiające monitorowanie rytmu spoczynkowego w sposób ciągły do 20 minut, z detekcją arytmii i funkcją generowania standardowego 10-sekundowego spoczynkowego EKG z pomiarami i interpretacją j.w. dla dowolnie wybranego fragmentu z zarejestrowanych 20 minut
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 24** – Prosimy o wprowadzenie punktacji i przyznanie 5 punktów za najniższą wagę modułu akwizycji sygnału EKG
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 29** – Prosimy o wprowadzenie punktacji i przyznanie 5 punktów za rozwiązanie umożliwiające bezprzewodową komunikację modułu z systemem. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej wygodne dla pacjenta oraz osoby wykonującej badanie. Po przejściu pacjenta z cykloergometru na leżankę umożliwia wykonanie pacjentowi, pełnego, spoczynkowego, 12 odprowadzeniowego ekg.
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 33** – Prosimy o wykreślenie tego wymogu, jest to rozwiązanie typowe dla zestawu wysiłkowego firmy GE.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 41** – Prosimy o wprowadzenie punktacji i przyznanie 5 punktów za algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacji błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod.
8. **Dotyczy SWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do: 45 dni? Panująca pandemia wirusa COVID-19 w dalszym ciągu powoduje wiele ograniczeń, jak i restrykcji w globalnym łańcuchu dostaw oraz transporcie lotniczym, co może uniemożliwić dostawę przedmiotowych aparatów w wymaganym terminie.
9. **Dotyczy pkt. 24.10 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** – Mając na względzie fakt, iż rękojmią jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi



dotatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

10. Dotyczy pkt. 24.11 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

11. Dotyczy pkt. 24.12 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Wnioskujemy o wykreślenie z postanowienia umowy w punkcie a słowa „urządzeń”. Urządzenie składa się z kilku działających niezależnie od siebie części. Nieuzasadniona byłaby sytuacja żądania wymiany całego urządzenia na podstawie rękopisami za wady w sytuacji, gdy uszkodzona jest jedynie jedna część, a nie całe urządzenie. Wobec powyższego proponujemy następujące brzmienie: *a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11 SWZ lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.*

12. Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – W nawiązaniu do pytania powyżej, wnioskujemy o usunięcie z ppkt. d) słowa „urządzenia”. Wobec powyższego proponujemy następujące brzmienie punktu: *- dostarczeniu nowego elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji*

13. Dotyczy pkt. 24.16 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, o których mowa w pkt. 24.14 SWZ do 10% wynagrodzenia umownego brutto.

14. Dotyczy pkt. 24.19 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: *Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin*”. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

15. Dotyczy pkt. 24.22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z umowy. Środkiem dyscyplinującym do należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy są kary umowne. Wykonawca nie powinien być podwójnie karany za to samo przewinienie.

16. Dotyczy pkt. 24.22 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o uzupełnienie punktu o następujące zastrzeżenie:

„Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, nie krótszy niż 14 dniowy termin”



17. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 3** - Czy Zamawiający dopuści cykloergometr leżankowy z: zadane obciążenie pacjenta w zakresie od 15 W do 600 W?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 5** - Czy Zamawiający dopuści cykloergometr leżankowy z zakresem prędkości obrotowej od 20 do 120 obrotów/min?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 25** - Czy Zamawiający dopuści system testów wysiłkowych bez możliwości ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET? Obecnie w próbach wysiłkowych stosowane są automatyczne algorytmy, dopracowane przez szeregi specjalistów i ingerencja poprzez ręczne ustawienia może nie mieć pozytywnego wpływu na wynik badania i ocenę pacjenta, nie ma konieczności ręcznej korekcji ustawień.
20. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 33** - Czy Zamawiający dopuści system testów wysiłkowych bez filtracji FRF lub Cubic Spine? Parametry te jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta co nie stanowi zgodności z prawem zamówień publicznych, a oferowany system zawiera wszystkie niezbędne filtry niezbędne do prawidłowego zapisu badania określone poprzez wymagane normy, nie ma zatem konieczności stosowania wymaganej filtracji.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 46** - Czy Zamawiający dopuści system testów wysiłkowych bez funkcji prezentacji na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu? Funkcja ta nie jest powszechnie stosowana ani też bezpieczna, gdyż test wysiłkowy ma na celu określenie aktualnego stanu pacjenta. Oferowany system umożliwia podgląd całego badania z archiwum po zakończonym teście, jednak nie jest zalecane to w trakcie trwającego aktualnie badania.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 2

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.7 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Regulacja płynna, elektryczna:

- nachylenia leżanki: 0-45 stopni
- pochylenia bocznego: 0-45 stopni”

zmienia na zapis o treści:

„Regulacja płynna, elektryczna:

- nachylenia leżanki: 0-45 stopni
- pochylenia bocznego: 0-30 stopni”

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 SWZ **zapis o treści:**

„6.1 Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy,**



- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„6.1 Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 45 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

2/w pkt.24.3 SWZ **zapis o treści:**

„24.3. Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

zmienia na zapis o treści:

„24.3. Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 45 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

3/w pkt.III Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 30 dni od daty podpisania umowy.”**

zmienia na zapis o treści:

„Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 45 dni od daty podpisania umowy.”**

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.10 SWZ.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.11 SWZ.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.12 SWZ.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad. 13

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”



zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.19 SWZ.

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.16.

Ad. 16

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.22 SWZ zapis o treści:

„24.22. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

zmienia na zapis o treści:

„24.22. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych po uprzednim wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy termin nie krótszy niż 5 dni od daty wezwania.”

Ad. 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.2, Ad.8 i Ad.13 i Ad.16, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **05.01.2022r. godz. 09:00,**

- otwarcie ofert w dniu **05.01.2022r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.04.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 6.1., 18.1., 19.1., 20.1., 24.3., 24.16., 24.22, Formularzu Ofertowym, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ i Formularz Ofertowy po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

