
Udzielenie wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ w zakresie wyrażonej zgody

udostępniono zgodnie z art.284 ust.6 ustawy PZP, tj. na stronie prowadzonego postępowania dotyczy: postępowania nr SPZZOZ-ZP-10/2024 pn.:

Zakup Videogastroskopu z torem wizyjnym dla Pracowni Endoskopowej w SPZZOZ w Pionkach

dot. videogastroskop

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę kanału roboczego 2,8mm

Udzieloną przez zamawiającego odpowiedź należy traktować jako integralną część SWZ, co oznacza, że obowiązują one wykonawcę w tym samym zakresie co postanowienia SWZ.

16-04-2024r. - osoba sporządzająca:

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Emilia Lenartowicz-Gębka

Kierownik zamawiającego: Bernarda Dudek