

**Znak sprawy: FDZZ.226.16.2024**

Ostrów Wielkopolski, dnia 09.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.: **Świadczenie usług konserwacji – przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.**

W związku z otrzymaniem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PAKIET 10 POZ. 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 30 z pakietu nr 2 do osobnego pakietu. W ramach wykonywanego przeglądu technicznego oraz kalibracji urządzenia wymagana jest wymiana części zużywalnych zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się w instrukcji obsługi. Nie posiadamy dostępu do części zużywalnych innych producentów urządzeń znajdujących się w pakiecie numer 2. Natomiast brak wymiany tych części może skutkować błędnym funkcjonowaniem urządzeń podczas prowadzonej terapii nieinwazyjnej u najmłodszych pacjentów.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

Z poważaniem