



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 23.10.2024r.

Znak: ZP.26.1.41.2024.2

### **Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostaw bielizny jednorazowej sterylnej i niesterylnej dla ZZOZ w Wadowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę bielizny jednorazowej dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

**Pytanie nr 1 Pakiet nr 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do artroskopii kolana o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta główna z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm, wyposażona w sztywnik do formowania oraz port do odsysania treści

1 x serweta pod kończynę wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm


1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. 60 g/m<sup>2</sup>.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 2 Pakiet nr 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegu na biodrze o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta główna samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm


3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 3 Pakiet nr 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 75cm x 90cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 4 Pakiet nr 1, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów ginekologicznych o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta główna wzmocniona o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończynie, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.


1 x serweta pod pośladki bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m<sup>2</sup>.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 5 Pakiet nr 1, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do żyłaków o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Do zestawu dołączona sterylna kieszeń dwukomorowa w rozmiarze 30 x 40 cm.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 6 Pakiet nr 1, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do chirurgii kończyny dolnej o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta główna wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 100 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm


1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7 Pakiet nr 1, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, po dwa porty do odsysania treści po obu stronach części worka


1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 8 Pakiet nr 1, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 9 Pakiet nr 1, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu II o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 10 Pakiet nr 1, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu II o składzie:

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O,

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>.

Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 11 Pakiet nr 1, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończyne w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 12 Pakiet nr 1, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończyne w rozmiarze 35x120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 13 Pakiet nr 1, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną w rozmiarze 10 x 50 cm?


**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 14 Pakiet nr 1, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wzmocnioną o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w dwa sztywniki do formowania serwety na głowie, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>?

Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.



100x100cm  
x1



100x150cm  
x1

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 15 Pakiet 1, pozycja 1-13** - Czy Zamawiający dopuści produkty zgodne z EN ISO 11137?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 16 Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści pończochy o poniższych parametrach:

- materiał: Poliamid, Elastan
- kolor: biały z kodowaniem kolorystycznym na pięcie
- mankiet: ściągacz silikonowy
- siła ucisku: CCL1: 18mmHg z gradientem kompresji
- Certyfikat OEKO\_TEX 100
- System Zapewnienia Jakości: proces produkcyjny zgodny z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485
- opakowanie handlowe: 1 para, z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru
- rozmiary: XS-XXL
- wielorazowego użytku, wyłącznie przez tego samego Pacjenta
- niesterylne
- okres trwałości: 3 lata?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie nr 17 Pakiet nr 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L i XL ?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 18 Pakiet nr 3, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o poniższych parametrach: Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 19 Pakiet nr 3, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o poniższych parametrach: Koszula wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)?



**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 20 Pakiet nr 3, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy o poniższych parametrach: Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapinanie na biały nap. Rozmiary S- XXL (długość 76cm-80cm w zależności od rozmiaru), wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.?



**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 21 Pakiet nr 3, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 22 Pakiet nr 3, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 23 Pakiet nr 3, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 24 Pakiet nr 3, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160cm x 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 25 Pakiet nr 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z papieru laminowanego folią o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> wzmacnianego podłużnymi nitkami?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 26 Pakiet nr 3, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści podkład o poniższych parametrach: Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 27 Pakiet nr 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS, o gramaturze materiału podstawowego 40g/m<sup>2</sup>, gramatura wzmocnień 42g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 28 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 5, 6** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów zabezpieczone było taśmą poliestrową?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 29 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-** Czy Zamawiający dopuści oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN 13795 nadrukowane na fartuchu zamiast na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 30 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-** Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający I klasę palności 16 CFR 1610 potwierdzoną oświadczeniem Producenta, zamiast informacji na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 31 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający I klasę palności 16 CFR 1610 potwierdzoną badaniami, zamiast informacji na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



**Pytanie nr 32 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta o kod kreskowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 33 Pakiet 5, pozycja 1, 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo o następujących długościach: M – 120cm, L – 130cm, XL – 150cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 34 Pakiet nr 5, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS, o gramaturze materiału podstawowego 40g/m<sup>2</sup>, gramatura wzmocnień 42g/m<sup>2</sup>, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 35 Pakiet 5, pozycja 2, 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, w rozmiarze XXL – 170cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 36 Pakiet 5, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 37 Pakiet nr 5, pozycja 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS, o gramaturze materiału podstawowego 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 38 Pakiet nr 5, pozycja 4, 5, 6** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 39 Pakiet nr 5, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem zaczynającym się od wycięcia pod szyją?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 40 Pakiet nr 5, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem w rękawach min. 32 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 41 Pakiet 5, pozycja 5, 6** - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo o następujących długościach: XL – 138cm, XXL – 157 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 42 Pakiet 5, pozycja 5, 6** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby troki były zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 43 Pakiet 5, pozycja 5, 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o dł. 7,5 cm (+/-1 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 44 Pakiet 5, pozycja 5, 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 45 Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, wiązany na 2 pary troków (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zapinany w okolicy karku na rzep?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 46 Pakiet 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo w postaci nadruku na fartuchu, o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL-157 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 47 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji osłony na kończyne w rozmiarze **30 x 80cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 48 Pakiet 2, pozycja 1** - Czy zamawiający wymaga temperatury prania do 95°C ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 49 Pakiet 2, pozycja 1** - Czy zamawiający wymaga pończoch do profilaktyki przeciwżylakowej o odwróconym gradiencie ucisku od 18mmHg w kostce ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 50 Pakiet 2, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści pończochy o zoptymalizowanym składzie 85% poliamid, 15% elastan, ułatwiającym zakładanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 51 Pakiet Nr 4 Poz 9** – Czy można zaferować serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii o gramaturze 45 g/m2 ze wzmocnieniem z włókniny 30g/m2

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 52 Pakiet Nr 4 Poz. 18** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnych ręczników stanowiących wyrób higieniczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 53 Pakiet 3, poz. 1** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 54 Pakiet 3, poz. 1** Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

Mankiet 5 cm

Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 55 Pakiet 3, poz. 1,4** Czy zamawiający wydzieli poz.1,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 56 Pakiet nr 4, pozycja 1-5** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 30µm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 57 Pakiet nr 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną 48x25 cm, powierzchnia lepna 45x22 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 58 Pakiet nr 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną 30x28 cm, powierzchnia lepna 30x22 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 59 Pakiet nr 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną 40x42 cm, powierzchnia lepna 40x36 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 60 Pakiet nr 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną 45 x 55 o powierzchni lepnej 45x49 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 61 Pakiet nr 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sterylną 56x84 cm, powierzchnia lepna 50x84 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 62 Pakiet nr 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści osłonę o grubości 0,035mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 63 Pakiet nr 4, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14 x 250cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 64 Pakiet nr 4, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety wzmocnionej osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 65 Pakiet nr 4, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety dla noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm, z miękkiej włókniny spunlace o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 66 Pakiet nr 4, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety dla noworodka w rozmiarze 80 x 130 cm, z miękkiej włókniny spunlace o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 67 Pakiet nr 4, pozycja 11, 12, 14, 16** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, folia o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> + włóknina o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 68 Pakiet nr 4, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 69 Pakiet nr 4, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy bez zmian.

**Pytanie nr 70 Pakiet nr 4, pozycja 17** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni na narzędzia 2-komorowej, w rozmiarze 30 x 40cm (15x30cm – kieszeń lewa, 25x30cm – kieszeń prawa), folia o grubości 0,065mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 71 Pakiet nr 4, pozycja 18** – Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki wysokochołonne wykonane z włókniny spunlace (bez wzmocnienia nitką) w rozmiarze 40 x 40 cm, o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, pakowanie a'1 szt? Opakowanie zbiorcze 500 szt, pakowane do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 72 Pakiet 3 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze Uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 73 Pakiet 3 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w dwóch rozmiarach – L, XL?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 74 Pakiet 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozciętym tyłem, wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 75 Pakiet 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 76 Pakiet 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 77 Pakiet 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z przewiewnej nie prześwitującej, białej włókniny bawełnopodobnej spunlance 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 78 Pakiet 3 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający rozmiarowi XL: obwód pasie 120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 79 Pakiet 3 poz. 4** Czy zamawiający dopuści pościel z prześcieradłem 160 cm x 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 80 Pakiet 3 poz. 5** Czy zamawiający dopuści prześcieradło 160 cm x 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 81 Pakiet 3 poz. 6** Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi, podkład wysokochołonny 80x210 cm, gramatura min. 54g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 82 Pakiet 3 poz. 8** Czy zamawiający dopuści rdzeń chłonny 50 x 200 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 83 Pakiet 3 poz. 8** Czy zamawiający dopuści podkład o wadze minimum 110g/m<sup>2</sup>, ale posiadający bardzo wysoką chłonność 9000ml/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

#### **Pytanie nr 94 DOTYCZY ZAPISÓW SWZ**

Prosimy o zmianę w kryterium oceny ofert i zmianę ocenianego terminu dostawy na 2 – 5 dni. Ocenianie 1 dnia roboczego wyróżnia firmy lokalne i zaburza konkurencyjność postępowania. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, że zamówienia złożone po godzinie 11 uznane są jako złożone w kolejny dzień roboczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jest to kryterium oceniane, a nie dyskryminujące. Uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a nie chęcią premiowania dostawców miejscowych.

**Pytanie nr 95 DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY § 7 ust. 1.2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartości netto zamówionego, a niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1.2. załącznika nr 5 „Projekt Umowy”, który otrzymuje brzmienie:

„1.2. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia.”

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.10.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **29.10.2024r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.11.2024r.

*Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

**mgr inż. Tomasz Matera**

**Otrzymują:**

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Dostawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a